

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 125 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej Ustawą na:

DOSTAWY MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH

**CPV: 33 69 65 00-0
38 43 70 00-7
39 23 00 00-3**

Wadium: Zadanie nr 1 – 20 000,00 zł
Wadium: Zadanie nr 2 – 1 300,00 zł
Wadium: Zadanie nr 3 – 100,00 zł
Wadium: Zadanie nr 4 – 1 000,00 zł
Wadium: Zadanie nr 5 – 700,00 zł
Wadium: Zadanie nr 6 – 280,00 zł
Wadium: Zadanie nr 7 – 140,00 zł
Wadium: Zadanie nr 8 – 160,00 zł
Wadium: Zadanie nr 9 – 700,00zł

Oplata za SIWZ: 15,55 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2010/S 176-268747 w dniu 10.09.2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział I | Informacje ogólne |
| Rozdział II | Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia |
| Rozdział III | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Rozdział IV | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy |
| Rozdział V | Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego |
| Rozdział VI | Wadium |
| Rozdział VII | Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych |
| Rozdział VIII | Wymagana postać oferty |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Tryb udzielania wyjaśnień |
| Rozdział XI | Wycofanie lub zmiana oferty |
| Rozdział XII | Miejsce i termin składania ofert |
| Rozdział XIII | Miejsce termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Badanie ofert |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny |
| Rozdział XVI | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Rozdział XVIII | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SIWZ:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Wzór-załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| 2. Wzór-załącznik nr 2 | Formularz Cenowy |
| 3. Załącznik nr 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 4. Wzór-załącznik nr 4 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy |
| 5. Wzór-załącznik nr 5 | Oświadczenie |
| 6. Wzór – załącznik nr 6 | Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia |
| 7. Wzór- załącznik nr 7 | Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw |

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: „**Dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych**” oraz wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP-1937/10/77/Z**
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie).
5. W przypadku prowadzenia korespondencji za pośrednictwem faksu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
6. Strony zobowiązane są do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: **Katarzyna Strzałkowska, nr tel.: (22) 60 386 08, faks: (22) 60 376 42.**
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, w zakresie, o których mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (według potrzeb Zamawiającego) **dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych** zwanych w dalszej części SIWZ asortymentem, opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ (odpowiednio do zadania).
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 9 zadań:
 - a) nr 1- dostawa materiałów wykorzystywanych do identyfikacji osobniczej,
 - b) nr 2 – dostawa próbek filtracyjnych,
 - c) nr 3 – dostawa próbek,
 - d) nr 4 – dostawa końcówek do pipet,
 - e) nr 5 – dostawa odczynników laboratoryjnych,
 - f) nr 6 – dostawa wkładów do systemów oczyszczania wody,
 - g) nr 7 – dostawa płytek immunochromatograficznych,
 - h) nr 8 – dostawa testów papierkowych,
 - i) nr 9 – dostawa zestawów mikropłytek reakcyjnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do zadania) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Ilości asortymentu podane w załączniku nr 2 do SIWZ zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Rzeczywista ilość zamawianego asortymentu będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.
5. Na dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany będzie udzielić minimum **12 miesięcznej rękojmi** za wady liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
6. **Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy** od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.
7. **Termin realizacji zamówienia: 21 dni** od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia.
8. **Miejsce realizacji zamówienia:** Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.
9. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeśli dotyczy*).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym:
posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. trzech dostaw (dostawy lub dostaw ciągłych/okresowych) odpowiadających przedmiotowi zamówienia (dostawa materiałów wykorzystywanych do identyfikacji osobniczej) w ramach trzech odrębnych umów, w tym co najmniej jednej dostawy, której wartość wynosi co najmniej 100 000,00 PLN brutto – dotyczy zadania nr 1.

B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdz. III SIWZ lit. A, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku wskazania umów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. III pkt A- należy podać wartość dostaw zrealizowanych w terminie, o którym mowa powyżej, przy czym wartość ta nie może być mniejsza od wskazanej.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III lit. B SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt. A może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy pod warunkiem, że podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
 - a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

- b) w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie, o którym mowa w pkt B ppkt 1, dokumenty wymienione w pkt B ppkt 2, ppkt 5 oraz ppkt 6, zaświadczenia o których mowa w pkt B ppkt 3 oraz ppkt 4.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. Dokument (np. certyfikat) potwierdzający walidację oferowanego asortymentu – dotyczy zadania nr 1 poz. 1 - 3 załącznika nr 3 do SIWZ,
2. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ- dotyczy zadania nr 2, nr 3, zad. nr 4 oraz zad. nr 9 poz. 1 załącznika nr 3 do SIWZ,
3. Dla pozostałego asortymentu (odpowiednio do zadania) oraz pozostałych wymagań opisanych w zadaniach i pozycjach wskazanych w pkt 1 i 2 – Formularz Oferty.

VI. WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o łącznej wartości **24 380,00 zł**, w tym odpowiednio dla zadania:
 - a) nr 1 - w wysokości: **20 000,00 zł**,
 - b) nr 2 - w wysokości: **1 300,00 zł**,
 - c) nr 3 – w wysokości: **100,00 zł**,
 - d) nr 4 – w wysokości: **1 000,00 zł**,
 - e) nr 5 – w wysokości: **700,00 zł**,
 - f) nr 6 – w wysokości: **280,00 zł**,
 - g) nr 7 – w wysokości: **140,00 zł**,
 - h) nr 8 – w wysokości: **160,00 zł**,
 - i) nr 9 – w wysokości: **700,00 zł**.

2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego:

64 1010 1010 0056 5613 9120 0000

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w formie pieniądza, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia wadialnego w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 5. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezw warunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
 6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio do zadania) zobowiązany jest złożyć:

- a) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2-6 SIWZ oraz w Rozdz. V pkt 1 oraz 3 SIWZ,
- b) dokument, o którym mowa w w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ (wzór- załącznik nr 7 do SIWZ) – dotyczy zadania nr 1,
- c) oświadczenia, o których mowa odpowiednio w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ i w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 4 do SIWZ) a także w Rozdz. V pkt 2 SIWZ (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ – odpowiednio do zadania),
- d) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę,
- e) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 7 SIWZ – jeśli dotyczy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ odpowiednio do zadania) składają:

- a) każdy z Wykonawców - dokumenty wymienione w Rozdz. IV lit. B pkt 2-6 SIWZ,
- b) wspólnie:
 1. dokument, o którym mowa w Rozdz. V pkt 1 oraz 3 SIWZ,
 2. dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ (wzór- załącznik nr 7 do SIWZ) – dotyczy zadania nr 1,
 3. oświadczenia, o których mowa odpowiednio w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ i w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ) a także w Rozdz. V pkt 2 SIWZ (wzór- załącznik nr 5 do SIWZ – odpowiednio do zadania),
 4. pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3, jeżeli ustanowiono pełnomocnika,
 5. dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. d) – jeśli dotyczy,
 6. dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 7 SIWZ – jeśli dotyczy.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

- 3.1. w Rozdz. IV lit. B pkt 2-4 i pkt 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- 3.2. w Rozdz. IV lit. B pkt 5 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8 Ustawy.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, **osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej**, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. **Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania**, przy czym w danym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w *sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
6. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
7. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako „**OFERTA**”.
8. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni** (art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2010 r. o godz. 11.00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2010 r. o godz. 12.00.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdym zadaniu.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. ceny ofert brutto w PLN,
 - c. termin rękojmi i gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie, w tym:
 - a1. jeżeli cenę oferty brutto w PLN podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano zapis odpowiadający cenie podaną liczbą,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (odpowiednio do zadania) tj.:
 - b1. w przypadku błędu w obliczeniu ceny oferty wynikającego z nieprawidłowego zsumowania wartości za poszczególne asortymenty wyszczególniony w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartości za poszczególne asortymenty,
 - b2. jeżeli obliczona wartość za poszczególne asortymenty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz ilości szacunkowej dla danego asortymentu, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową brutto oraz ilość szacunkową;
 - b3. w przypadku braku podania łącznej wartości brutto za poszczególne asortymenty wskazany w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający wyliczy ją na podstawie ceny jednostkowej w PLN brutto oraz ilości szacunkowej dla danego asortymentu;
 - b4. w przypadku braku podania ceny jednostkowej w PLN brutto którejkolwiek z pozycji zawartej w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający wyliczy cenę jednostkową w PLN brutto na podstawie wartości w PLN brutto dla danego asortymentu oraz ilości szacunkowej odpowiednio do danego asortymentu,

- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
 4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
 5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny odrębnie dla każdego zadania na podstawie kryteriów:

| Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena oferty brutto (w PLN) w zadaniu | 100 % |

2. Cena oferty brutto w PLN w zadaniu stanowi sumę wartości wynikającą z zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto w PLN wskazanej w kol. nr 10 Formularza Cenowego, odpowiednio do rodzaju asortymentu oraz szacunkowej ilości asortymentu, określonej przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 Formularza-odpowiednio do zadania.
3. Wykonawca w cenie jednostkowej, o której mowa w pkt 2 uwzględni koszt:
 - a. transportu do miejsca określonego w Rozdz. XVIII §2 pkt 2;
 - b. rozładunku dostarczonego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
 - c. pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
4. Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający udzieli w każdym zadaniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację zamówienia odpowiednio do zadania.**
7. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający, na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia:
 - a) Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

- b) Wykonawcy, który jest osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Wymagane jest wniesienie w każdym zadaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **7% wartości umowy**, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu ustawowego rękojmi (12 miesięcy).
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
- 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
- 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru ostatniej dostawy i po uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana,
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni **po upływie okresu rękojmi**, o którym mowa w pkt 3.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy są sukcesywne (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) **dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych** odpowiednio do zadania:
- a) nr 1 - materiałów wykorzystywanych do identyfikacji osobniczej,
 - b) nr 2 - próbek filtracyjnych,
 - c) nr 3 – próbek,
 - d) nr 4 - końcówek do pipet,
 - e) nr 5 - odczynników laboratoryjnych,
 - f) nr 6 - wkładów do systemów oczyszczania wody,
 - g) nr 7 - płytek immunochromatograficznych,
 - h) nr 8 - testów papierkowych,
 - i) nr 9 - zestawów mikropłytek reakcyjnych
- zwanych w dalszej części Umowy asortymentem, opisanym w załączniku do Umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik nr 2 i 3 do SIWZ- odpowiednio do zadania).

2. Faktyczna wielkość zamówień składanych w ramach niniejszej Umowy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw, w przypadku gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż wskazana w § 7.
3. Strony ustalają, że cena jednostkowa brutto w PLN (odpowiednio do rodzaju asortymentu) wynikać będzie ze stałej w okresie obowiązywania Umowy ceny jednostkowej netto wskazanej w załączniku do Umowy, powiększonej o aktualny na dzień wystawienia faktury podatek VAT.
4. W cenie jednostkowej, o której mowa w ust. 3 Wykonawca uwzględnił koszt:
 - a) transportu do miejsca określonego w §2 pkt 2;
 - b) rozładunku dostarczonego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
 - c) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT wystawioną zgodnie z § 2 ust. 12 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji każdej dostawy w terminie nie przekraczającym **21 dni** licząc od daty przekazania przez Zamawiającego pisemnego (dopuszczalna droga faksowa) zamówienia złożonego na adres, nr faksu(zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment na własne ryzyko i koszt do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa oraz rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z **dwudniowym** (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu.....
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania asortymentu w bezzwrotnych, oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta.
5. Zamawiający wymaga, aby na zewnętrznej stronie opakowania, o którym mowa w ust. 4 był umieszczony nr katalogowy dostarczanego asortymentu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kart charakterystyki sporządzonych w wersji polskiej – odpowiednio do rodzaju asortymentu – dotyczy zadania nr 1 poz. 4 oraz zadania nr 5 poz. 1 i 2 (załącznika nr 3 do SIWZ).
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy asortyment będzie zgodny co do wymagań określonych w załączniku do Umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ- odpowiednio do zadania), a także wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment odpowiednio w zadaniu:
 - a) nr 1 poz. 1, 2 i 3 – będzie zwalidowany,
 - b) nr 2, nr 3, nr 4, nr 9 poz. 1 – będzie czysty do PCR tj. wolny od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR.
9. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
10. Strony ustalają, że odbiór dostarczanego asortymentu dokonany zostanie w oparciu o złożone zamówienie oraz załączniki do Umowy.
11. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony asortyment jest uszkodzony, nie spełnia wymogów określonych w Umowie, w załączniku do Umowy lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, Wykonawca w terminie **5 dni**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, zobowiązany jest do ich uzupełnienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
12. Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru asortymentu stanowić będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 3

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady asortymentu w okresie (**min.12**) **miesiący** licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 12.
2. Wykonawca gwarantuje, że asortyment zachowa czułość detekcji przez co najmniej **12 miesięcy** licząc od podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego – dotyczy zadania nr 7 i 8.
3. W przypadku stwierdzenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2 wad jakościowych w dostarczonym asortymencie, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie do **7 dni** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres....., tel., faks (wskazany przez Wykonawcę).

§ 4

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
 - a) 10% wartości Umowy w PLN brutto, o której mowa w § 7, w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (wypowie Umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) 10% wartości Umowy, o której mowa w § 7, w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie prawnej, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
 - c) 0,5% wartości asortymentu nie dostarczonego w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - d) 0,5% wartości zareklamowanego asortymentu- za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 11 lub § 3 ust. 3.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 lit. c) i d) wynikać będzie z cen jednostkowych brutto w PLN wskazanych w załączniku do Umowy odpowiednio do rodzaju asortymentu oraz ilości nie dostarczonego lub zareklamowanego asortymentu (odpowiednio do zadania).
3. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt c) i d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktury.

§ 5

1. Wykonawca wniósł (odpowiednio do zadania) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 7 % wartości Umowy wskazanej w § 7 na okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, tj. PLN brutto.
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru ostatniej dostawy i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa została należyście wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi (min. 12 miesięcy).

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów wynikających z niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a):
 - a) gdy Wykonawca przekroczy o 5 dni termin wskazany w § 2 ust. 1, zapisu § 4 ust. 1 lit. c) nie stosuje się,
 - b) gdy Wykonawca przekroczy o 5 dni termin wskazany odpowiednio w § 2 ust. 11 lub § 3 ust. 3, zapisu § 4 ust. 1 lit. d) nie stosuje się.
4. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 7

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty brutto PLN (wynikającej z Oferty Wykonawcy).

§ 8

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do Umowy:

Formularz Cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres _____

Nr telefonu i faks _____

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

**Do
Komendy Stołecznej Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na „Dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych” WZP- 1937/10/77/Z

I. W ZADANIU NR 1 oferujemy **dostawę materiałów wykorzystywanych do identyfikacji osobniczej** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 1zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

II. W ZADANIU NR 2 oferujemy **dostawę próbek filtracyjnych** spełniające wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 2zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

III. W ZADANIU NR 3 oferujemy **dostawę próbówek** spełniające wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 3zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

IV. W ZADANIU NR 4 oferujemy **dostawę końcówek do pipet** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 4zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

V. W ZADANIU NR 5 oferujemy **dostawę odczynników laboratoryjnych** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 5zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

VI. W ZADANIU NR 6 oferujemy **dostawę wkładów do systemów oczyszczania wody** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 6zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

VII. W ZADANIU NR 7 oferujemy **dostawę płytek immunochromatograficznych** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 7zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

VIII. W ZADANIU NR 8 oferujemy **dostawę testów papierkowych** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 8zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

IX. W ZADANIU NR 9 oferujemy **dostawę zestawów mikroplitek reakcyjnych** spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ za cenę:

za cenę oferty w PLN brutto w zadaniu nr 9,zł,

słownie.....

Na oferowany asortyment udzielamy..... **(min. 12) *miesiące rękojmi.**

Informujemy, że **reklamacje i zamówienia** należy składać:

w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8 – 16,

na nr telefonu faksu

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

Oświadczamy, że:

1. dostawa asortymentu zrealizowana zostanie w terminie **21 dni** od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia,
2. zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
3. zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert,
5. będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

* w przypadku niewypełnienia terminu rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi podany w nawiasie

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 - Dostawa materiałów wykorzystywanych do identyfikacji osobniczej

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR SGM Plus Kit lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 50 zestawów | | | | | | | |
| 2. | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR NGM Kit lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 10 zestawów | | | | | | | |
| 3. | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR Yfiler Kit lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 1 zestaw | | | | | | | |
| 4. | Polimer do elektroforezy 3100 POP-4 lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 84 ml | | | | | | | |
| 5. | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany) opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 175 ml | | | | | | | |
| 6. | Standard wielkości GeneScan 500 ROX Size Standard lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 6 800 µl | | | | | | | |
| 7. | Standard wielkości | | 800 µl | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | GeneScan 500 LIZ Size Standard lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | | | | | | | | |
| 8. | Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 750 ml | | | | | | | |
| 9. | Zestaw kapilar 3100 Capillary Array 36- cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3100 opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 5 zestawów | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-9).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 2 - Dostawa próbek filtracyjnych

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 5 000 zestawów | | | | | | | |

Cena oferty brutto.....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 3 - Dostawa próbek

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Probówki o poj. 1,5 ml opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 10 000 sztuk | | | | | | | |
| 2. | Probówki Safe-Lock o poj. 1,5 ml opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 1 000 sztuk | | | | | | | |
| 3. | Probówki jednorazowego użycia o pojemności 0,2 ml opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 12 000 sztuk | | | | | | | |
| | | | | <p><i>Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-3).....</i></p> <p><i>Słownie:.....</i></p> | | | | | | |

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 4 - Dostawa końcówek do pipet

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Końcówki do pipet 0,1 µl –10 µl rozm. S opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 320 statywów | | | | | | | |
| 2. | Końcówki do pipet 2 µl-100 µl opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 230 statywów | | | | | | | |
| 3. | Końcówki do pipet 20 µl-300 µl opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 150 statywów | | | | | | | |
| 4. | Końcówki do pipet 50 µl -1000 µl opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 50 statywów | | | | | | | |
| 5. | Końcówki do pipet 1 ml- 5 ml opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 1 000 sztuk | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-5).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
 ** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 5 - Dostawa odczynników laboratoryjnych

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Proteinaza K 30 u/mg opisana w załączniku nr 3 do SIWZ | | 2 600 mg | | | | | | | |
| 2. | Mieszanka Fenol:Chloroform:Alkohol Izoamylowy 25:24:1, pH 8 opisana w załączniku nr 3 do SIWZ | | 2 400 ml | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-2).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 6 - Dostawa wkładów do systemów oczyszczania wody

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wkład wymienny do systemu oczyszczania wody firmy Millipore: Wkład filtracyjny Progard 1 (PROG0001) lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 4 sztuki | | | | | | | |
| 2. | Wkład wymienny do systemu oczyszczania wody firmy Millipore: Wkład filtracyjny Q-Gard 1 (QGARD00R1) lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 1 sztuka | | | | | | | |
| 3. | Wkład wymienny do systemu oczyszczania wody firmy Millipore: Wkład wymienny Quantum IX (QTUM000IX) lub równoważny opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 4 sztuki | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-3).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 7 - Dostawa płytek immunochromatograficznych

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Testy immunochromatograficzne (InstAlert lub równoważne) do ujawniania krwi ludzkiej opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 1 675 sztuk | | | | | | | |
| 2. | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 80 sztuk | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-9).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 8 - Dostawa testów papierkowych

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej Szybkie testy kontaktowe PHOSPHATESMO KM lub równoważne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 300 sztuk | | | | | | | |
| 2. | Testy paskowe do ujawniania krwi - Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ | | 3 000 sztuk | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-2).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

Zadanie nr 9 - Dostawa zestawów mikroplitek reakcyjnych

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Szacunkowa ilość/ j.m. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN za j.m.** | VAT | Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x10) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Mikroplityki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 280 sztuk | | | | | | | |
| 2. | Mikroplityki 96-dółkowe do fluorymetrycznego pomiaru DNA opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 50 sztuk | | | | | | | |
| 3. | Nakładki gumowe (septy) na mikroplityki reakcyjne 96-dółkowe Nakładki 3100 Genetic Analyzer Plate Septa 96-Well lub równoważne, stanowiące integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100 opisany w załączniku nr 3 do SIWZ | | 300 sztuk | | | | | | | |

Cena oferty brutto (suma wartości określonych w kol.11 dot. poz.1-3).....
Słownie:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** Cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1 - DOSTAWA MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO IDENTYFIKACJI OSOBNICZEJ

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR SGM Plus Kit lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3100 w następujących loci: <ul style="list-style-type: none"> - znakowanych barwnikiem 5FAM: D3S1358, VWA, D16S539, D2S1338, - znakowanych barwnikiem JOE: Amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, - znakowanych barwnikiem NED: D19S433, TH01, FGA, - pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony z zakresu długości od 90 do 360 par zasad, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych j.w. primerów i termostabilną polimerazę DNA o własnościach Hot Start i aktywności 5U/μl), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3100 i oprogramowaniem, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej, - wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 50μl lub na 200 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 μl, - konfekcjonowany fabrycznie. |
| 2. | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR NGM Kit lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3100, w następujących loci: <ul style="list-style-type: none"> - znakowanych barwnikiem 6FAM: D10S1248, VWA, D16S539, D2S1338, - znakowanych barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, - znakowanych barwnikiem NED: D22S1045, D19S433, TH01, FGA, - znakowanych barwnikiem PET: D2S1358, D1S1656, D12S391, - zapewniający te same sekwencje primerów dla dotychczas oznaczanych markerów stosowanym w laboratorium zestawem do identyfikacji tj. SGM Plus (zgodnie z procedurą badawczą) zapewniając tym samym pełną integralność i porównanie z wcześniejszymi oznaczeniami genotypów, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych j.w. primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3100 i oprogramowaniem, - wystarczający na 200 reakcji w objętości reakcyjnej 25 μl, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej. |
| 3. | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR Yfiler Kit lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3100 w następujących loci: DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych primerów i termostabilną polimerazę DNA, o własnościach Hot Start i o aktywności 5U/μl), kontrolę |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>ludzkiego męskiego DNA o stężeniu 0,1 ng/μl, o zdefiniowanym haplocyfie w zakresie analizowanych loci, kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA o stężeniu 10 ng/μl, o zdefiniowanym haplocyfie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli,</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3100, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w aplikacjach medycyny sądowej, - wystarczający na 100 próbek (testów), w objętości reakcyjnej 25 μl, -konfekcjonowany fabrycznie. |
| 4. | Polimer do elektroforezy 3100 POP-4 lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3100, - optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w posiadanym aparacie ABI PRISM 3100, - o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości 35-500 bp, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/-0,5 bp), - konfekcjonowany fabrycznie. |
| 5. | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany) | <ul style="list-style-type: none"> - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3100, - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie. |
| 6. | Standard wielkości GeneScan 500 ROX Size Standard lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - gotowy do użycia, służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 35-500 bp, - zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości (bp): 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, 500, - znakowany barwnikiem ROX, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tabeli na pozycji nr 1, oraz spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3100, - konfekcjonowany fabrycznie, o stężeniu 8 nM. |
| 7. | Standard wielkości GeneScan 500 LIZ Size Standard lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 35-500 bp, - zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości (bp): 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, 500, - znakowany barwnikiem LIZ, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami do identyfikacji osobniczej przedstawionymi w tabeli na pozycji nr 2 i nr 3, oraz spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3100, - konfekcjonowany fabrycznie, o stężeniu 8 nM. |
| 8. | Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny | <ul style="list-style-type: none"> - 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI PRISM 3100, - sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w tabeli na pozycji nr 4, - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, - konfekcjonowany fabrycznie. |
| 9. | Zestaw kapilar 3100 Capillary Array 36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3100 | <ul style="list-style-type: none"> - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), - konfekcjonowany fabrycznie. |

ZADANIE NR 2 - DOSTAWA PRÓBÓWEK FILTRACYJNYCH

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne | <ul style="list-style-type: none"> – z których każdy składa się z dwóch próbek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 µl, wyposażonej w membranę YM 100, – do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, – spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, – pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, – dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 µl wody lub buforu TE, – konfekcjonowane fabrycznie. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ZADANIE NR 3 - DOSTAWA PRÓBÓWEK

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Próbki o poj. 1,5 ml: | <ul style="list-style-type: none"> – stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z polipropylenu przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie i fizycznie stabilne w kontakcie z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, – zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, – ze zmatowionymi powierzchniami przeznaczonymi do opisów, – z zaznaczonymi objętościowymi podziałkami, – czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR), – konfekcjonowane fabrycznie. |
| 2. | Próbki Safe-Lock o poj. 1,5 ml: | <ul style="list-style-type: none"> – stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie i fizycznie stabilne w kontakcie z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, – zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się próbek podczas wysoko temperaturowych inkubacji), – czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), – konfekcjonowane fabrycznie. |
| 3. | Próbki jednorazowego użycia o pojemności 0,2 ml: | <ul style="list-style-type: none"> – cienkościennie, wykonane z tworzywa sztucznego typu (PP), zapewniające właściwe warunki temperaturowe do prowadzenia reakcji PCR, – z dnem o kształcie stożkowym, kompatybilnym do gniazd posiadanych przez Zamawiającego termocyklerów GeneAmp 9700, – zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi, płaskimi kapslami o ukształtowaniu dającym możliwość całkowitego wypełnienia próbkami 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów, – spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, – konfekcjonowane fabrycznie. |

ZADANIE NR 4 - DOSTAWA KOŃCÓWEK DO PIPET

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Końcówki do pipet 0,1 µl –10 µl rozm. S: | <ul style="list-style-type: none"> – jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie i fizycznie stabilne w kontakcie z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, – wyposażone w filtry wewnętrzne, – o pojemności 0,1 µl –10 µl, – o długości 34 mm (±2 mm), – kompatybilne do posiadanych przez Zamawiającego jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 0,1 µl -2,5 µl i 0,5 µl –10 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, |

| | | |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |
| 2. | Końcówki do pipet 2 µl-100 µl: | <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie i fizycznie stabilne z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności 2 µl-100 µl, - kompatybilne do posiadanych przez Zamawiającego jednokanałowych pipet Eppendorf Research, Finnpiquette o objętościach nastawnych 10 µl -100 µl i 20 µl -200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |
| 3. | Końcówki do pipet 20 µl-300 µl: | <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie i fizycznie stabilne w kontakcie z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności 20 µl-300 µl, - kompatybilne do posiadanych przez Zamawiającego jednokanałowych pipet Eppendorf Research, Finnpiquette o objętościach nastawnych 10 µl - 100 µl i 20 µl - 200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |
| 4. | Końcówki do pipet 50 µl -1000 µl: | <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie i fizycznie stabilne z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności 50 µl -1000 µl, - kompatybilne do posiadanych przez Zamawiającego jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 100 µl -1000 µl, Finnpiquette o objętości nastawnej 200-1000 µl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |
| 5. | Końcówki do pipet 1 ml- 5 ml: | <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie i fizycznie stabilne w kontakcie z odczynnikami stosowanymi w biologii molekularnej, - o pojemności 1 ml - 5 ml, - kompatybilne do posiadanych przez Zamawiającego jednokanałowej pipety Finnpiquette o objętości nastawnej 1ml - 5ml, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 1000 szt, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR). |

ZADANIE NR 5 - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Proteinaza K 30 u/mg | <ul style="list-style-type: none"> - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteiny, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe (egzonukleaz, endonukleaz, RN-az), - konfekcjonowana fabrycznie. |
| 2. | Mieszanina | <ul style="list-style-type: none"> - do stosowania w biologii molekularnej, |

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol:Chloroform:Alkohol Izoamyłowy 25:24:1, pH 8 | <ul style="list-style-type: none"> – zbuforowana fabrycznie do pH 8 za pomocą buforu 10 mM Tris pH 8.0, 1 mM EDTA, – konfekcjonowana fabrycznie, w opakowaniu, z załączonym buforem 10 mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA celem wyrównania fazy fenolowej do pH 8.0 ($\pm 0,2$), jako wartości optymalnej w procesie ekstrakcji DNA. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ZADANIE NR 6 - DOSTAWA WKŁADÓW DO SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA WODY

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wkład wymienny do systemu oczyszczania wody firmy Millipore: Wkład filtracyjny Progard 1 (PROG0001) lub równoważny: | <ul style="list-style-type: none"> – do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Elix 3 i Elix 5, wchodzących w skład systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego do oczyszczania wody firmy Millipore, – stanowiący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną część urządzenia, – o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniających wymagane w technologii PCR parametry czystości wody. |
| 2. | Wkład wymienny do systemu oczyszczania wody firmy Millipore: Wkład filtracyjny Q-Gard 1 (QGARD00R1) lub równoważny: | <ul style="list-style-type: none"> – do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Milli-Q Gradient wchodzącego w skład systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego do oczyszczania wody firmy Millipore, – stanowiący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną część urządzenia, – o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniających wymagane w technologii PCR parametry czystości wody. |
| 3. | Wkład wymienny do systemu oczyszczania wody firmy Millipore: Wkład wymienny Quantum IX (QTUM000IX) lub równoważny: | <ul style="list-style-type: none"> – do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Milli-Q Gradient wchodzącego w skład systemów wykorzystywanych przez zamawiającego do oczyszczania wody firmy Millipore, – stanowiący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną część urządzenia, – o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniających wymagane w technologii PCR parametry czystości wody. |

ZADANIE NR 7 - DOSTAWA PŁYTEK IMMUNOCHROMATOGRAFICZNYCH

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Testy immunochromatograficzne (InstAlert lub równoważne) do ujawniania krwi ludzkiej | <ul style="list-style-type: none"> – gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, – specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, – o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 50 ng/ml próbki), – zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), – jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, – konfekcjonowane fabrycznie wraz z buforem ekstrakcyjnym do próbek, w opakowaniu opatrzonym numerem serii i datą ważności. |
| 2. | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne: | <ul style="list-style-type: none"> – w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce do immunochromatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości spermy w śladach biologicznych, – wysoce specyficzne dla spermy ludzkiej, |

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - o wysokiej czułości (≤ 2 ng PSA/ml próbki), - zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości PSA w śladach biologicznych), - jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ZADANIE NR 8 - DOSTAWA TESTÓW PAPIERKOWYCH

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej Szybkie testy kontaktowe PHOSPHATESMO KM lub równoważne: | <ul style="list-style-type: none"> - stosowane w kryminalistyce do ujawniania śladów spermy, - w postaci hermetycznie foliowanych, gotowych do użycia papierków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności kwaśnej fosfatazy spermowej, - zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości spermy w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. |
| 2. | Testy paskowe do ujawniania krwi - Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne: | <ul style="list-style-type: none"> - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 μl próbki), - utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. |

ZADANIE NR 9 - DOSTAWA ZESTAWÓW MIKROPŁYTEK REAKCYJNYCH

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mikro płytki reakcyjne MicroAmp Optical 96- Well Reaction Plate lub równoważne: | <ul style="list-style-type: none"> - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych przez Zamawiającego termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3100, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - konfekcjonowane fabrycznie. |
| 2. | Mikro płytki 96- dołkowe do fluorymetrycznego pomiaru DNA | <ul style="list-style-type: none"> - uniwersalne, w formie 8x12 dołków, płaskodenne, czarne, spełniające wymagania fluorymetrycznej techniki pomiaru DNA w będących na wyposażeniu Zamawiającego aparatu Fluorocan Ascent FL, - kompatybilne rozmiarowo do komory pomiarowej posiadanego aparatu, - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk w opakowaniu. |
| 3. | Nakładki gumowe | <ul style="list-style-type: none"> - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(septy) na mikroplatyki reakcyjne 96- dołkowe Nakładki 3100 Genetic Analyzer Plate Septa 96-Well lub równoważne, stanowiące integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100</p> | <p>wykorzystywania przez Zamawiającego mikroplatelyk MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate i automatycznego systemu pobierania próbek w aparacie ABI PRISM 3100,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szczelnie zamykające dołki mikroplatelyki, - wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikroplatelyki, - konfekcjonowane fabrycznie. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „Dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych” WZP- 1937/10/77/Z

ja

.....
(imię i nazwisko)

ja.....

.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako – wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie

.....
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1. spełniam (my)* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. nie podlegam (my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Miejscowość data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1.
2.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

UWAGA

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „**Dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych**” WZP-1937/10/77/Z oświadczam (my)*, że oferowany przeze mnie (nas)* asortyment – odpowiednio w zadaniu nr.....*, jest czysty do PCR tj. wolny od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

UWAGA

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania numeru - odpowiednio do zaoferowanego zadania -

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRYZYCNANIE ZAMÓWIENIA**

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „Dostawę materiałów i odczynników do badań genetycznych” WZP-1937/10/77/Z

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
3. Oświadczamy, że:
 - 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - 2) nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty _____

.....
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw
 (dotyczy zadania nr 1)**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w PLN brutto* | Okres realizacji Od m-c – do m-c rok | Nazwa odbiorcy |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzając, że w/w zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* W przypadku wskazania kontraktów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. III pkt A SIWZ – należy podać wartość dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.