



Warszawa, dnia 8.07.2011 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP-2687/11/2/170.../11

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WZP- 2170/11/80/Z na:
„Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zadanie nr 1 - dostawa przenośnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Działając w imieniu Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych KSP, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie 1:

„Czy zamawiający dopuści zasilanie zintegrowanym akumulatorem wbudowanym w urządzenie, ładowanym poprzez gniazdo USB z: komputera, z gniazda zapalniczki samochodowej, ładowarki sieciowej USB, wymiennego na zestaw 4 baterii R6?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania akumulatora (innego niż R6) z możliwością zastosowania zamiennie baterii R6 pod warunkami że:

1. Waga urządzenia z bateriami/akumulatorami nie przekroczy 400 g,
2. Wykonawca dołączy do każdego urządzenia kabel zasilający dla prądu przemiennego i kabel zasilający dla prądu stałego z wtyczką dla gniazda zapalniczki, pozwalającymi na ładowanie tego akumulatora.
3. Gwarancja Wykonawcy (min 24 miesiące) będzie obejmować również wbudowany akumulator.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści urządzenia których, część obudowy ok 40 % jest w jaskrawym jasnoszarym kolorze?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zmienia treść pkt 9 załącznika nr 2a do SIWZ który otrzymuje brzmienie: „Obudowa w kolorze jaskrawym, dobrze widocznym. Jako kolory jaskrawe, dobrze widoczne Zamawiający uznaje np. biały, srebrny, jasnoszary, żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony, jasnozielony, przy czym w jaskrawym, dobrze widocznym kolorze musi być co najmniej 1/3 obudowy urządzenia.”

Zmianę załącznika do SIWZ oraz wyjaśnienia należy traktować wiążąco dla obu Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
mł. insp. *[signature]* DAMCZYK