



Warszawa, dnia 12.07.2011 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

WZP-2170/11/80/Z...../11

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WZP- 2170/11/80/Z na:
„Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego:

I zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Zadanie nr 1 - dostawa przenośnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pytanie 1:

„Czy dopuszczają Państwo urządzenie, które posiada czarno-szarą obudowę i przechowywane jest w walizce z odblaskowymi pasami? Walizka dodatkowo chroni urządzenie przed uszkodzeniami. Urządzenie zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego sygnalizuje zawartość alkoholu za pomocą trójkolorowej diody, a dodatkowo prezentuje przybliżoną zawartość alkoholu (w mg/l) na wyświetlaczu LCD. Waga tego urządzenia razem z bateriami to ok. 200 g.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie walizki lub pokrowca z odblaskowymi pasami pod warunkiem spełniania przez urządzenie wymagań określonych w załączniku nr 2a do SIWZ, w szczególności odblaskowe powierzchnie nie mogą być mniejsze niż 1/3 powierzchni obudowy urządzenia.”

II zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuje o dokonanej zmianie treści SIWZ w zakresie:

1. opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 poprzez zmianą Rozdz. II pkt 2 lit. b), który otrzymuje brzmienie: „Zadanie 2 – dostawa 13 stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wraz z materiałami eksploatacyjnymi do oferowanych urządzeń (41600 ustników, 130 kaset taśmy barwiącej, 390 rolek papieru do drukarki).”
2. ogólnych warunków umowy z zadaniu nr 2 poprzez zmianę Rozdz. XVIII § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem umowy jest dostawa 13 szt. stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu producent..... typ model....., zwanych dalej urządzeniami wraz z materiałami eksploatacyjnymi do tych urządzeń: 41600 ustników, 130 kaset taśmy barwiącej, 390 rolek papieru do drukarki, zwanymi dalej asortymentem. Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2b do SIWZ i ofertę Wykonawcy).”
3. wzoru oferty Wykonawcy w zadaniu nr 2 poprzez zmianę **załącznika nr 1b do SIWZ** – którego wzór załączono do niniejszego pisma.
4. **załącznika nr 2b do SIWZ**, poprzez zmianę pkt 4, który otrzymuje brzmienie „wyświetlanie wyniku pomiaru w postaci cyfrowej na wyświetlaczu”, oraz zmianę pkt 14, który otrzymuje brzmienie „ukompletowanie analizatora: kabel zasilający dla prądu przemiennego, kabel zasilający dla prądu stałego z wtyczką dla gniazda zapalniczki, dodatkowy bezpiecznik” – wzór załącznika nr 2b do SIWZ załączono do niniejszego pisma.

III. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Rozdziałów XI i XIII SIWZ w zakresie:

1. termin składania ofert zmieniono z dnia 14.07.2011 r. na dzień **22.07.2011 r. do godz. 13.00.**

2. termin otwarcia ofert zmieniono z dnia 14.07.2011 r. na dzień **22.07.2011 r. o godz. 14.00.**

Zmianę załączników do SIWZ oraz wyjaśnienia należy traktować wiążąco dla obu Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
mł. insp. mgr inż. *Małgorzata ADAMCZYK*

AW