



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 36.11.2013440...../12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dygestoriów i szafy wentylowanej, numer postępowania: WZP-3440/12/127/AG.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań, które wpłynęły w ww. postępowaniu oraz dokonanej przez Zamawiającego zmianie treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga aby elementy metalowe z których wykonane są dygestoria były ze względu na bezpieczeństwo pożarowe sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 według normy EN 13501-1:2007, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby dygestorium było zgodne z powszechnie stosowaną normą DIN 12924 w zakresie dopuszczalnego stężenia gazu wzorcowego przed oknem dygestorium. W celu potwierdzenia tej zgodności do oferty należy dołączyć odpowiedni protokół z badań doświadczalnych stężenia gazu wzorcowego przed oknem przy jego trzech położeniach, przeprowadzonych zgodnie z normą DIN 12924?

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby dygestoria były zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością, czyli ich producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) i ważny certyfikat należy dołączyć do oferty.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane dygestoria jako element mebli laboratoryjnych, były zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006 i należy dołączyć do oferty odpowiedni certyfikat zgodności z wymaganiami tych norm, wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów ?

Pytanie 5:

Czy dobrze rozumiem, że Zamawiający wymagając dla dygestoriów deklaracji zgodności z normą PN-EN 14175-2 chce, aby dygestoria posiadały certyfikat zgodności z normą PN-EN 14174-2 (dygestoria: wymogi użytkowania oraz bezpieczeństwa) wydany przez niezależne laboratorium akredytowane i należy dołączyć go do oferty ?

Odpowiedź na pytania 1 - 5:

Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Rozdział II Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca w dniu dostawy przekaże (odpowiednio do rodzaju asortymentu) kompletną dokumentację, sporządzoną w języku polskim zawierającą:

- a) karty gwarancyjne,
- b) instrukcje obsługi,
- c) DTR-ki (jeżeli dotyczy),
- d) dokumenty potwierdzające zgodność z normami, o których mowa w pkt 5 oraz 26 Parametrów technicznych profesjonalnych dygestoriów ceramicznych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Rozdział XIX Ogólne warunki umowy, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy do dołączenia do każdego rodzaju asortymentu kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim, zawierającą (odpowiednio do rodzaju asortymentu):

- a) karty gwarancyjne,
- b) instrukcje obsługi,
- c) DTR-ki (jeżeli dotyczy),
- d) dokumenty potwierdzające zgodność z normami, o których mowa w pkt 5 oraz 26 Parametrów technicznych profesjonalnych dygestoriów ceramicznych w Załączniku do umowy.

3. Załącznik nr 2 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne profesjonalnych dygestoriów ceramicznych:

- a) **pkt 5 otrzymuje brzmienie:** wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych, w całości z blach i kształtowników metalowych z dodatkiem ceramiki, polipropylenu i szkła, spełniających wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego i były sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne – **klasy A2 według normy EN 13501-1:2007;**
- b) **pkt 26 otrzymuje brzmienie:** zgodne z normami: **PN-EN 14175-2, PN-EN 14174-2, DIN 12924, PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006** oraz być zaprojektowane i wyprodukowane w systemie zarządzania jakością ISO, zgodnym z normą **PN-EN 9001:2000.**

Zmianę treści SIWZ należy traktować wiążąco.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych KSP
p.o. 
podkom. Halina ZONKO