

1. Pakiet do pobierania krwi spełniający poniższe wymagania:

1. Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm³. Strzykawka do pobierania krwi musi mieć objętość potrzebną do jednorazowego pobrania krwi tj. nie mniej niż 10 cm³. Fiolki próżniowe muszą składać się z zestawu zawierającego specjalną igłę i adapter.
2. **Każdy ze składników będący wyrobem medycznym musi posiadać znak CE.**
3. Opakowanie zbiorcze (tekturowe) musi składać się z następujących elementów:
 - a) Para rękawiczek jednorazowego użytku w rozmiarze medium (M).
 - b) Opaska uciskowa (staza).
 - c) Środek do dezynfekcji skóry niezawierający alkoholu (np. roztwór rivanolu).
 - d) Jednorazowy komplet do pobierania krwi (igła i adapter).
 - e) Gazik do dezynfekcji.
 - f) Instrukcja obsługi zestawu.
 - g) Pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o zminimalizowanych wymiarach zawierający:
 - dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm³ krwi. Obydwie fiolki muszą zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulantu uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Fiolki muszą być wykonane z przezroczystego szkła lub plastiku o dużej laboratoryjnej czystości
 - protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierających krew zgodny z załączonym wzorem,
 - wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi,
 - opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu, oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.
 - h) Banderole samoprzylepne do zabezpieczania próbek krwi i opakowania **bezwzględnie spełniające wymogi pkt. 6 niniejszych Wymagań Technicznych** – po dwie banderole dla każdej z fiolek do oklejenia korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczania tekturowego pakietu transportowego.
4. Wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności.
5. Fiolki do krwi i cały pakiet transportowy muszą być zabezpieczone samoprzylepnymi banderolami, posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, zgodne z załączonym wzorem numeracji pakietów.
6. **Każda próba otwarcia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.**
7. Na opakowaniu transportowym fiolek muszą znajdować się zapisy:
 - UWAGA! Po zamknięciu opieczetować pakiet pieczęcią Policji oraz w formie metryczki:

PAKIET DO PRÓBEK KRWI

ADRESAT

NADAWCA

NR SPRAWY

NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA

PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET

PIECZĄTKA POLICJI

Sporządziła: Magdalena Korneluk
Wydział Zaopatrzenia KSP

INSPEKTOR
Policji i Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Magdalena KORNELUK