

Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa:

adres:

NIP:

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy:

FORMULARZ OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Zakup uniwersalnej komory do ujawniania śladów metodą ninhydrynową i DFO

Numer sprawy:/T/15

1. Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT STOLECZNY POLICJI
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa

2. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy*:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena oferty netto /brutto (PLN) (kol. 3 x 4)
1	2	3	4	5
1	<p><u>Specjalistyczna komora przeznaczona do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą DFO i ninhydrynową:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność ok. 160 - 200 l, - maksymalne wymiary zewnętrzne: wys. 930 mm, szer. 1150 mm, gł. 530 mm, - minimalne wymiary przestrzeni roboczej: wys. 570 mm, szer. 650 mm, gł. 500 mm, - maksymalna waga nie więcej niż 100 kg, - przestrzeń robocza wykonana ze stali nierdzewnej, - zakres temperatur minimum: od +40°C do +100°C, - dokładność regulacji temperatury czasowa nie gorsza niż +/- 0,3°C, - zakres wilgotności względnej nie mniejszy niż: od 50% do 90%, - dokładność regulacji wilgotności nie gorsza niż +/- 3%, - nawilżacz parowy, - wyświetlacz aktualnych i nastawionych wartości temperatury i wilgotności względnej, - przełącznik umożliwiający wybór właściwej metody badawczej, - okno w drzwiach komory z wycieraczką i oświetleniem wnętrza komory, - minimum 3 poziomy do układania próbek, - obciążalność półki min. 10 kg, - użyteczna powierzchnia nie mniej niż 0,6 m², 	1		

* (formularz należy dostosować do potrzeb wynikających ze specyfikacji zamówienia)

- krzyżowy przepływ powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury i wilgotności,
- niezależny system kontroli temperatury zabezpieczający próbki przed przegrzaniem,
- pojemnościowy czujnik wilgotności względnej,
- uszczelniony otwór w ścianie komory o średnicy min. 60 mm,
- system do recyrkulacji skroplin z komory po ich oczyszczeniu zawierający,
- lampę UV zapobiegającą skażeniu bakteriami,
- dwa wymienne wkłady filtrujące,
- wbudowany zbiornik o pojemności 25 l,
- certyfikat CE,
- instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim,
- usługa dostawy, wniesienia oraz montażu
- czas realizacji zamówienia: 3 miesiące
- gwarancja: 1 rok od dnia instalacji

WAŻNE:

Dostawa do pomieszczenia Sekcji Daktyloskopii LK KSP, na koszt Wykonawcy

Słownie cena oferty brutto:

3. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu.
5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Laboratorium Kryminalistyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, dostawa na koszt Wykonawcy.
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.
7. Formularz ofertowy złożyć w siedzibie Wydziału Zaopatrzenia KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa, przesłać na nr faksu 22 603-30 -27 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zaop.uzbrojenie@policja.waw.pl
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
9. Reklamacje należy składać na adres :

nr faksu.....

w-mail.....

9. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest

10. Dane kontaktowe: tel.: / faks: /e-mail:

.....
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY TECHNIK
Sekcji i Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji

Grzegorz ANTOLAK

*(formularz należy dostosować do potrzeb wynikających ze specyfikacji zamówienia)