

Nr postępowania: WZP- 4842/15/223/Z

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
**w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 EURO,**  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA AUTOMATYCZNEJ STACJI PIPETUJĄCEJ DO IZOLACJI DNA WRAZ  
Z PAKIETEM STARTOWYM ZESTAWÓW ODCZYNNIKÓW DO IZOLACJI DNA**

**CPV: 38.54.00.00-2 (maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa )**

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 14.10.2015 r.  
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150341 – 2015.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
Rozdział III	Termin i miejsce wykonania zamówienia
Rozdział IV	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział V	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy
Rozdział VI	Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wadium
Rozdział VIII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział IX	Wymagana postać oferty
Rozdział X	Termin związania ofertą
Rozdział XI	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIV	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XV	Badanie i ocena ofert
Rozdział XVI	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVII	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Rozdział XVIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XIX	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1	Opis przedmiotu zamówienia
Wzór -Załącznik nr 2	Oferta Wykonawcy
Wzór - Załącznik nr 3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
Wzór - Załącznik nr 4	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia wraz z udzielonym pełnomocnictwem
Wzór - Załącznik nr 5	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy dla Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia
Wzór - Załącznik nr 6	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór - Załącznik nr 7	Parametry techniczno-funkcjonalne oferowanego urządzenia
Wzór - Załącznik nr 8	Wykaz dostaw

## **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Zamawiający: **SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI**
2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  
**Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych,  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**  
z dopiskiem „**Dostawa automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA**”, ze wskazaniem numeru referencyjnego postępowania: **WZP – 4842/15/223/Z.**
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.** W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji faksem/pocztą elektroniczną przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest **Anna Kukawka, tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres e-mail: anna.kukawka@policja.waw.pl**
9. **Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień** w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

## **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA** zwanej w dalszej części SIWZ „urządzeniem” **wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA** zwanym w dalszej części SIWZ „pakietem”.
2. Szczegółowy opis wymagań i parametrów urządzenia oraz pakietu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
  - a) transportu przedmiotu zamówienia do obiektu wskazanego w Rozdz. III pkt 2 SIWZ,
  - b) rozładunku oraz montażu urządzenia, rozładunku pakietu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - c) przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla min. 5 pracowników Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ i wydania imiennych certyfikatów dla pracowników o odbyciu przeszkolenia,
  - d) zapewnienia w ramach gwarancji: serwisu gwarancyjnego, napraw, przeglądów zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia oraz wsparcia technicznego Producenta dla oferowanego urządzenia.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia:
  - a1) był zgodny z wymaganiami i parametrami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym *Opis przedmiotu zamówienia*,
  - a2) był fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r.,
  - a3) był umieszczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  - a4) posiadał oznaczenie CE - dotyczy urządzenia
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji urządzenia sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
  - a) karty gwarancyjne zawierające nr seryjne, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów punktów świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Polski,
  - b) instrukcje obsługi i oprogramowania do dostarczonego urządzenia,

- c) licencje na oprogramowanie, nośniki (CD lub DVD) z wersją instalacyjną oprogramowania, w tym systemu operacyjnego umożliwiającą jego instalację dowolną ilość razy bez konieczności dostępu do sieci Internet, dokumentację do zainstalowanego systemu operacyjnego oraz klucz aktywacyjny do systemu. Dostarczone nośniki danych powinny poprawnie współpracować z oferowanym komputerem oraz systemem operacyjnym.
6. Zamawiający wymaga, aby licencje, o których mowa w pkt 5 lit. c) były pełne, niewyłączne, nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.
  7. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzenia w okresie gwarancji świadczony był na terenie Polski. Czas przystąpienia do usunięcia awarii/naprawy - do **3 dni od zgłoszenia awarii**.
  8. Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie w dniu złożenia oferty nie było przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
  9. Wykonawca udzieli **min. 24 miesięcznej rękojmi** na zaofiarowany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy.
  10. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie:
    - a) **min. 12 miesięcy na system pipetujący,**
    - b) **min. 24 miesięcy na komputer sterujący**jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy.

W przypadku, gdy gwarancja Producenta odpowiednio na stację pipetującą i komputer sterujący będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
  11. Zamawiający wymaga, aby dostarczone w ramach pakietu zestawy posiadały **minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia** licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy.
  12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
  13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeżeli dotyczy*).
  14. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.

### **III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

1. Dostawa przedmiotu zamówienia – **do 7 grudnia 2015 r.**

Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy z dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem na nr faksu lub adres e-mail, który wskazany zostanie w umowie.

Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dniu roboczym. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Miejsce dostawy: Pracownia Badań DNA Laboratorium Kryminalistycznego KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
  - A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej **1(jedną) dostawą automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA.**
  - B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. V SIWZ.

### **V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:**

- A. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Wykaz wykonanych głównych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 lit. A SIWZ, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej **niż na 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przedkłada oświadczenie. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawa wskazana w wykazie została wcześniej wykonana.

**B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5, Wykonawca złoży następujące dokumenty:**

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
  3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy lub oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- C. Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 lit. A może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, **odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów**, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**D. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów**, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- a) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

*Informacje, o których mowa w lit. C i D mogą być zawarte w jednym dokumencie*

**E. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. B pkt 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.****

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w lit. B pkt 2 SIWZ, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem – **wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Rozdz. II i załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza do oferty:

- a) wypełniony i podpisany opis parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia wskazanego w Ofercie (*wzór - załącznik nr 7 do SIWZ*),
- b) certyfikat CE,
- c) dokument potwierdzający przeprowadzenie walidacji do badań kryminalistycznych z zakresu genetyki sądowej oferowanego urządzenia **lub oświadczenie Wykonawcy** że oferowane urządzenie posiada zastosowanie do badań kryminalistycznych w laboratoriach genetyki sądowej.

W przypadku, gdy wymagany powyżej dokumenty (certyfikat CE, dokument potwierdzający przeprowadzenie walidacji) sporządzone będą w języku obcym należy do oferty dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę.

## **VII. WADIUM:**

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **3 250,00 brutto w PLN**.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XIII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**  
W przypadku wniesienia wadium przelewem w formie pieniądza, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia wadium w postaci:
  - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego **bezwarunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy wpisać – **Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji**.
6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

## **VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:**

1. Wykonawca wraz z Ofertą (*wzór - załącznik nr 2 do SIWZ*) zobowiązany jest złożyć:
  - a) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V lit. A pkt 1 oraz lit. B pkt 1 (*wzór - załącznik nr 3 do SIWZ*);
  - b) wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodem potwierdzającym należyte jej wykonanie (*wzór - załącznik nr 9 do SIWZ*)
  - b) dokument, o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 2 SIWZ;
  - c) dokument (listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy) albo oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ*);
  - d) opis parametrów techniczno-funkcjonalnych oferowanego urządzenia (*wzór - załącznik nr 7 do SIWZ*);
  - e) certyfikat CE;
  - f) dokument potwierdzający przeprowadzenie walidacji do badań kryminalistycznych z zakresu genetyki sądowej oferowanego urządzenia **lub oświadczenie Wykonawcy** że oferowane

urządzenie posiada zastosowanie do badań kryminalistycznych w laboratoriach genetyki sądowej.

- g) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę;
- i) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. C i D SIWZ – *jeśli dotyczy*,
- j) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ – *jeżeli dotyczy*.

## **2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) składają:**

### **a. każdy z Wykonawców:**

- a1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 1 SIWZ (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ);
- a2. dokument, o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 2 SIWZ;
- a3. dokument (listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy) albo oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ).

### **b. wspólnie:**

- b1. oświadczenie wraz z udzielonym pełnomocnictwem, o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 4 do SIWZ);
- b2. opis parametrów techniczno-funkcjonalnych oferowanego urządzenia (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ);
- b3. wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodem potwierdzającym należyte jej wykonanie (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ);
- b4. certyfikat CE;
- b5. dokument potwierdzający przeprowadzenie walidacji do badań kryminalistycznych z zakresu genetyki sądowej oferowanego urządzenia **lub oświadczenie Wykonawcy** że oferowane urządzenie posiada zastosowanie do badań kryminalistycznych w laboratoriach genetyki sądowej;
- b6. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę;
- b7. dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. C i D SIWZ – *jeśli dotyczy*.

## **IX. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:**

### **1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

- 2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
- 3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania **musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy**. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
- 4. Dokumenty wynikające z *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te*

*dokumenty mogą być składane* (Dz. U. 2013 r., poz. 231) **winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**

Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.
7. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
8. **Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu, faksu, e-maila oraz oznaczyć jako „OFERTA”, Numer postępowania: WZP – 4842/15/223/Z.**
9. **Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP – 4842/15/223/Z.**
10. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem Oferty będzie ponosił Wykonawca.**
11. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą - zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

#### **XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

#### **XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt 7-10 SIWZ) ale oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek faksem lub drogą elektroniczną.

#### **XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Miejsce składania ofert:

*Dostawa automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA*

WZP – 4842/15/223/Z



Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa – Punkt Obsługi Interesanta, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.

2. **Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2015 r. o godzinie 12:00.**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

#### **XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:**

1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 października 2015 r. o godzinie 13:00** w siedzibie Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób:
  - a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
  - b) ceny ofert brutto w PLN,
  - c) okres gwarancji i rękojmi,
  - d) parametr – metoda wykrywania poziomu cieczy,
  - e) parametr – system zapobiegania gubieniu kropli.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

#### **XV. BADANIE I OCENA OFERT:**

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający:
  - a) zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. V i VI SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w Rozdz. V i/lub VI SIWZ zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
  - b) zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. V i VI SIWZ.
  - c) zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
  - d) zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne

i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

#### **XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:**

1. W odniesieniu do ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie nw. kryteriów:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty brutto w PLN (C)	70%
2	Gwarancja na system pipetujący (G)	10%
3	Parametr techniczny - metoda wykrywania poziomu cieczy (P <sub>C</sub> )	10%
4	Parametr techniczny – system zapobiegania gubieniu kropli (S <sub>K</sub> )	10%

**A. Kryterium Ceny** wyliczone wg poniższego wzoru:

$$C=(C_{\min}:C_x) \times 100 \times 70\%$$

gdzie:

C – wskaźnik kryterium ceny w pkt

C<sub>min</sub> – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C<sub>x</sub> – cena podana w badanej ofercie

- A1. Cena oferty brutto w PLN stanowi cenę za zaoferowane urządzenie wraz z pakietem zestawów startowych, spełniających wymogi opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.
- A.2. W cenie brutto w PLN za przedmiot zamówienia Wykonawca uwzględni koszt:
- zakupu urządzenia, oprogramowania, licencji do urządzenia, pakietu,
  - transportu urządzenia i pakietu do obiektu wskazanego w Rozdz. III pkt 2 SIWZ,
  - rozładunku pakietu oraz montażu urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - przeprowadzenia szkolenia dla min. 5 pracowników Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w 32 pkt załącznika nr 1 do SIWZ i wydania imiennych zaświadczeń dla pracowników o odbyciu przeszkolenia,
  - serwisu gwarancyjnego, napraw, przeglądów zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia oraz wsparcia technicznego Producenta dla oferowanego urządzenia.
  - pozostałe koszty związane z wykonywaniem zamówienia i inne obciążenia w tym podatki (*podatek VAT jeżeli obowiązek odprowadzenia podatku będzie leżał po stronie Wykonawcy*)
- A.3. Cena oferty, uwzględniająca stawkę podatku VAT, muszą być podane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy czym cena oferty musi być podana również słownie.
- A4. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku odprowadzenia podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.  
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**B. Kryterium Gwarancji** wyliczone wg poniższego wzoru:

$$G=(G_b:G_{naj}) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

G– wskaźnik kryterium gwarancji systemu pipetującego w pkt

G<sub>b</sub>– okres gwarancji systemu pipetującego wskazany w badanej ofercie

G<sub>naj</sub> – najdłuższy okres gwarancji systemu pipetującego wskazany w ofertach

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję na system pipetujący dłuższą niż 48 m – cy, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję 48 m – cy.

**C. Kryterium parametru technicznego oferowanego urządzenia – metoda wykrywania poziomu cieczy ( $P_C$ ), wyliczone wg poniższego wzoru:**

$$(P_C) = (P_{C\ b}; P_{C\ naj}) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

$P_C$  – wskaźnik kryterium parametru technicznego oferowanego urządzenia – metody wykrywania poziomu cieczy ( $P_C$ ) w pkt

$P_{C\ b}$  – ilość pkt przyznana badanej ofercie za metodę wykrywania poziomu cieczy w zaoferowanym urządzeniu - wg poniższej tabeli

$P_{C\ naj}$  – oferta z najwyższą ilością punktów za sposób wykrywania poziomu cieczy w zaoferowanym urządzeniu - wg poniższej tabeli

L.p.	Metoda wykrywania poziomu cieczy ( $P_C$ )	Liczba punktów za metodę wykrywania poziomu cieczy w zaoferowanym urządzeniu
1.	Pojedyncza metoda tj. pojemnościowa lub optyczna lub ciśnieniowa	1 pkt
2	Kombinacja dwóch lub trzech metod ze wskazanych w pkt 1 tabeli	10 pkt

**D. Kryterium parametru technicznego - system zapobiegania gubieniu kropli, wyliczona wg poniższego wzoru:**

$$(S_K) = (S_{K\ b}; S_{K\ naj}) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

$(S_K)$  – wskaźnik kryterium parametru technicznego oferowanego urządzenia - system zapobiegania gubieniu kropli ( $S_K$ ) w pkt

$S_{K\ b}$  – ilość pkt przyznana badanej ofercie za system zapobiegania gubieniu kropli cieczy w zaoferowanym urządzeniu - wg poniższej tabeli

$S_{K\ naj}$  – oferta z najwyższą ilością punktów za system zapobiegania gubieniu kropli w zaoferowanym urządzeniu - wg poniższej tabeli

L.p.	System zapobiegania gubieniu kropli ( $S_K$ )	Liczba punktów za system zapobiegania gubieniu kropli w zaoferowanym urządzeniu
1.	Aktywny	10 pkt
2	Pasywny	1 pkt

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$P = C + G + P_C + S_K$$

gdzie:

P – wskaźnik oceny oferty w pkt

C – wskaźnik kryterium ceny w pkt

G – wskaźnik kryterium gwarancji w pkt

$P_C$  – wskaźnik kryterium parametru technicznego oferowanego urządzenia – metoda wykrywania poziomu cieczy ( $P_C$ ) w pkt

$S_K$  – wskaźnik kryterium parametru technicznego oferowanego urządzenia - system zapobiegania gubieniu kropli ( $S_K$ ) w pkt

**Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku**

3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

## **XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i numeru PESEL.
4. Wymagane jest wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości **10% wartości umowy**. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b](#) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
  - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w [przepisach](#) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy podać – **SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI**.
8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
  - a) 70% zabezpieczenia od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru jakościowego i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa została należyście wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
  - b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi zaofiarowanego przez Wykonawcę.

## **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

## **XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:**

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA zwanej w dalszej części umowy „urządzeniem” wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA zwanych w dalszej części umowy „pakietem”, opisanych w załączniku do umowy (sporządzonym na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączonego do oferty dokumentu z parametrami techniczno-funkcjonalnymi oferowanego urządzenia), stanowiącym opis przedmiotu umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) transportu urządzenia i pakietu do obiektu wskazanego w § 2 ust. 1,
  - b) rozładunku oraz montażu urządzenia, rozładunku pakietu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - c) przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla min. 5 pracowników Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 32 załącznika do umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 6 oraz wydania imiennych certyfikatów dla pracowników o odbyciu przeszkolenia,
  - d) zapewnienia w ramach gwarancji: serwisu gwarancyjnego, napraw, przeglądów zgodnie z zaleceniami Producenta oraz wsparcia technicznego w zakresie opisanym w § 3.
3. Strony ustalają wartość umowy na kwotę .....netto/brutto w PLN. (W przypadku gdy obowiązek podatkowy będzie leżał po stronie Zamawiającego zostanie wskazana wartość netto). Strony zgodnie zaświadczenia, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy przedmiotu umowy będzie leżał po stronie ..... (zgodnie z ofertą Wykonawcy) a stawka podatku VAT wynosi ....%.
4. W cenie za przedmiot umowy, Wykonawca uwzględnił koszt:
  - a) zakupu urządzenia, oprogramowania, licencji do urządzenia i pakietu,
  - b) wykonania czynności, o których mowa w ust. 2,
  - c) pozostałe koszty związane z wykonywaniem zamówienia i inne obciążenia w tym podatki (jeżeli obowiązek podatkowy będzie leżał po stronie Wykonawcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy).
5. Płatność w PLN za wykonaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 2 ust. 9.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

## § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia **7 grudnia 2015 r.** w dzień roboczy do Pracowni Badań DNA Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.  
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z 2-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu ..... lub adres e-mail ..... (który wskazany zostanie w umowie).
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie:
  - a1) zgodny z wymaganiami i parametrami opisanymi w załączniku do umowy,
  - a2) fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r.,
  - a3) umieszczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  - a4) posiadał oznaczenie CE - dotyczy stacji pipetującej
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji urządzenia sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
  - a) karty gwarancyjne zawierające nr seryjne, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów punktów świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Polski,
  - b) instrukcje obsługi i oprogramowania do dostarczonego urządzenia,
  - c) licencje na oprogramowanie, nośniki (CD lub DVD) z wersją instalacyjną oprogramowania, w tym systemu operacyjnego umożliwiającą jego instalację dowolną ilość razy bez konieczności dostępu do sieci Internet, dokumentację do zainstalowanego systemu operacyjnego oraz klucz aktywacyjny

- do systemu. Dostarczone nośniki danych powinny poprawnie współpracować z dostarczonym komputerem oraz systemem operacyjnym.
5. Zamawiający wymaga, aby licencje, o których mowa w ust. 4 lit. c) były pełne, niewyłączne, nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.
  6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do **3 dni** od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c,
  7. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu wskazanym w ust. 1 i przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
    - a) etap I - przeprowadzony zostanie w dniu dostawy i potwierdzony będzie ilościowym protokołem odbioru obejmującym sprawdzenie:
      - a1) kompletności dostawy z załącznikiem do umowy oraz ust. 3 lit. a2)-a4),
      - a2) kompletności dokumentacji, o której mowa w ust. 4,
    - b) etap II – dokonany zostanie podczas szkolenia przeprowadzonego przez Wykonawcę i potwierdzony zostanie jakościowym protokołem odbioru, obejmującym sprawdzenie poprawności funkcjonalności dostarczonego przedmiotu umowy z umową i jej załącznikiem
  8. W przypadku ustalenia przy którymkolwiek z odbiorów, że:
    - a) dostawa jest niekompletna, Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w ust. 4,
    - b) urządzenie i/lub pakiet jest uszkodzony, nie spełnia wymagań określonych w niniejszej umowie lub jej załącznikachWykonawca w terminie do **5 dni** zobowiązuje się wymienić wadliwe urządzenie i/lub zestaw w ramach pakietu na nowe, wolne od wad lub do uzupełnienia braków, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.
  9. Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego, co będzie stanowić podstawę wystawienia faktury.

### § 3

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy w okresie .....(**min. 24**) **miesiące** licząc od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 2 ust. 9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenie:
  - a) ..... (**min. 12**) **miesiące na system pipetujący** (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
  - b) ..... (**min. 24**) **miesiące na komputer sterujący** (zgodnie z ofertą Wykonawcy)jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy.

W przypadku, gdy gwarancja Producenta odpowiednio na stację pipetującą i komputer sterujący będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone zestawy w ramach pakietu posiadają .....(**min. 12**) **miesięczny okres przydatności do użycia** licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 9
4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja, o której mowa w ust.2 lit. a) i b) jest pełna, bez żadnych włączeń i obejmuje wady jakościowe, w tym wady ukryte stwierdzone podczas użytkowania urządzenia (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, do powstania których przyczynił się użytkownik urządzenia korzystając z niego w sposób niezgodny z instrukcją obsługi). W przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawionym przez Wykonawcę dokumentem a postanowieniami niniejszej umowy, wiążące dla Stron są postanowienia niniejszej umowy.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) serwisu urządzenia w okresie gwarancji na terenie Polski. Czas przystąpienia do usunięcia awarii/naprawy - **do 3 dni** od zgłoszenia awarii w sposób wskazany w ust. 12,
  - b) naprawy urządzenia wraz z dostawą i montażem części zamiennych wolnych od wad w terminie do **14 dni** licząc od dnia dokonania oględzin urządzenia. Naprawa ma być wykonana w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli naprawa nie będzie możliwa u Zamawiającego, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym koszty transportu z/i do Pracowni Badań DNA Laboratorium Kryminalistycznego KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.
  - c) przeglądów urządzenia zgodnie z zaleceniami Producenta,
  - d) wsparcia technicznego Producenta pod nr tel .....(zgodnie z ofertą Wykonawcy.)

6. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 lit. b) ze względu na konieczność sprowadzenia części zamiennych, elementu lub podzespołu podlegającego wymianie, z zagranicy lub innych hurtowni, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może dopuścić wydłużenie terminu wskazanego w ust. 5 lit. b), przy czym łączny czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć **30 dni** licząc od dnia dokonania oględzin urządzenia.
7. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), Wykonawca zobowiązuje się **15 dni** liczonego od dnia przystąpienia do naprawy dostarczyć i uruchomić zastępcze urządzenie lub element podlegający naprawie o parametrach nie gorszych niż parametry urządzenia/elementu naprawianego. Dostarczenie zastępczego równoważnego urządzenia lub jego elementu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia elementu urządzenia podlegającego gwarancji.
8. W sprawach spornych, wynikłych podczas naprawy któregośkolwiek z elementu urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego rzeczoznawcy, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. Koszt ekspertyzy obciąża Stronę na niekorzyść której została ona wydana.
9. Po trzeciej naprawie któregośkolwiek elementu urządzenia jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy, w terminie **do 14 dni**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego czwartej reklamacji.
10. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru naprawionej części urządzenia.
11. W przypadku stwierdzenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 wad jakościowych w dostarczonych zestawach w ramach pakietu, uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na nowy, wolny od wad w terminie **do 7 dni** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej w sposób wskazany w ust. 12.
12. Zgłaszanie awarii, reklamacje Zamawiający przekazywać będzie pisemnie (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailowa) w dni robocze w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> na: nr faksu: ..... lub e-mail .....(zgodnie z *Ofertą Wykonawcy*).
13. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego innych zestawów odczynników, nie wskazanych w załączniku do umowy, zobowiązujemy się w ramach wsparcia technicznego, o którym mowa w ust. 5 lit. d) zapewnić protokoły do innych metod izolacji DNA.
14. Wykonawca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w załączniku do umowy nie jest przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

#### § 4

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
  - a) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 w przypadku rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - b) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 w przypadku rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
  - c) 0,1% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 1, ust. 6, ust. 8 lit. b), § 3 ust. 5 lit. a), lit. b) z uwzględnieniem ust. 6, ust. 7, ust. 9 i/lub ust. 11.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia (z faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.
4. Kary mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w terminie 14 dni licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w ust. 1 lit. a) w przypadku:
  - a) gdy Wykonawca opóźni się z dostawą przedmiotu umowy o ponad **2 dni** licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
  - b) nie usunięcia wad/braków terminie wskazanym w § 2 ust. 8 lit. b),

- c) wadliwie wykonanej dostawy, niewykonania dostawy w terminie ustalonym w § 2 ust. 1, niewykonania obowiązków gwarancyjnych.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
  8. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kar, rękojmi oraz gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.

## § 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość (ex nunc), w sytuacji ograniczenia lub cofnięcia środków przyznaných na ten cel.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych roszczeń.
3. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

## § 6

(stosuje się jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że wykona przedmiot zamówienia przy użyciu Podwykonawcy)

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy....., który realizować będzie część zamówienia obejmującą.....(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

## § 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości Umowy wskazanej w § 1 ust. 3 na pełen okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi, o którym mowa w § 3 ust. 1 w formie ..... (zgodnie z deklaracją Wykonawcy)..
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, tj. .... PLN brutto.
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.
4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do umowy.

## § 8

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołów odbiorów są.....(wskazana/wskazane zostaną w umowie).
2. Ze strony Wykonawcy osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizowanej umowy jest/są: .....(zgodnie z ofertą Wykonawcy).

## § 9

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.



**§ 10**

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy - Opis przedmiotu umowy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AUTOMATYCZNA STACJA PIPETUJĄCA DO IZOLACJI DNA – SZT. 1  
WRAZ Z PAKIETEM STARTOWYM ZESTAWÓW ODCZYNNIKÓW DO IZOLACJI DNA

Lp	Komponent, parametr [opis]	Funkcja urządzenia/wymaganego parametru
1.	Automatyczna stacja pipetująca do izolacji DNA	<p>Urządzenie ma zapewniać wykonanie w sposób automatyczny ekstrakcji DNA z różnego rodzaju materiału biologicznego metodą izolacji DNA separacji magnetycznej i absorpcji/elucji w kolumnie z membraną krzemionkową z wykorzystaniem modułu próżniowego.</p> <p>Materiałem do izolacji DNA z wykorzystaniem urządzenia będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymazy ze śluzówki, policzków naniesione na bawełniane wymazówki,</li> <li>- wysuszone próbki krwi na podłożach celulozowych (m.in. FTA) oraz różnego rodzaju ślady biologiczne (m.in. próbki krwi, nasienia, inne wydzieliny ciała ludzkiego na różnych podłożach, a także fragmenty tkanek miękkich, włosy).</li> </ul> <p>Zadaniem urządzenia będzie zautomatyzowane wyizolowanie DNA pozbawionego inhibitorów późniejszych reakcji chemicznych (np. PCR) z wymienionego powyżej materiału biologicznego oraz automatyczne przygotowanie płytek reakcyjnych do przeprowadzenia reakcji qPCR, przeprowadzenie rozcieńczeń (normalizacji) wyizolowanego DNA na podstawie uzyskanych wyników procesu Real Time PCR i przygotowanie płytek reakcyjnych do przeprowadzenia amplifikacji wyizolowanego DNA za pomocą zestawów do identyfikacji osobniczej.</p> <p>Urządzenie poprzez swoją konstrukcję musi minimalizować ryzyko kontaminacji podczas pracy w standardowych warunkach laboratoryjnych.</p> <p>Możliwość rozszerzenia zastosowania urządzenia o inne zestawy odczynników</p>
2.	Wielkość blatu roboczego jako wielokrotność płytki 96-dołkowej	Więcej niż 10 płytek; płytki umieszczone w jednej płaszczyźnie i dostępne bezpośrednio dla głowic pipetujących
3.	Pojemnik na odpady	niewliczany do wielkości blatu roboczego
4.	Stół urządzenia	z blatem i półką na wyposażenie oraz z kółkami – nośność odpowiednia do wagi urządzenia zapewniająca bezpieczne posadowienie i użytkowanie urządzenia
<b>System pipetujący - podstawowy</b>		
5.	Ilość kanałów	min. 4 niezależne kanały
6.	Objętość dozowana	w zakresie minimum 1 - 1000 µl
7.	System dozowania	ciecz systemowa lub powietrze

8.	Dokładność i precyzja dozowania dla objętości: 1 µl 10 µl 50 µl 1000 µl	dokładność / precyzja dozowania ≤ 5,0% / 5,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 1,0% / 1,0%
9.	Wykrywanie poziomu cieczy	Dopuszczalne metody wykrywania poziomu cieczy: pojemnościowa lub optyczna lub ciśnieniowa lub ich kombinacje
10.	Monitorowanie procesu pipetowania	a. wykrywanie piany b. wykrywanie braku próbki w trakcie aspiracji
11.	System zapobiegania gubieniu kropli	Aktywny lub pasywny
12.	Transport	system przenoszenia wyposażenia w obrębie blatu roboczego – nośność min.: płytki typu <i>deep well</i> napełniona 250 ml wody.
13.	Obudowa	a. pełna zabudowa, quasi-szczelna, otwierana przezroczysta pokrywa przednia; b. materiał odporny na promieniowanie UV
14.	Dekontaminacja	wbudowana(e) lampa(y) UV sterowana(e) automatycznie przez program sterujący
15.	Rozpoznawanie typu końcówek jednorazowych:	a. 1000 µl b. ≤ 300 µl c. ≤ 50 µl
16.	Zintegrowana wytrząsarka z termostatowaniem	a. zakres temperatur: RT - +100°C b. wytrząsanie: 100 – 2000 1/min dla płytki typu <i>deep well</i> c. możliwość wytrząsania, termostatowania i pipetowania do płytki typu <i>deep well</i> h ≥ 44 mm
17.	Zintegrowany separator magnetyczny	Separator do płytek typu <i>deep well</i> 96
18.	Zintegrowane stanowisko próżniowe	a. podciśnienie regulowane programowo b. montaż i demontaż automatyczny przez system transportu urządzenia c. elucja do racków z mikropróbówkami lub płytek typu <i>deep well</i> , h ≥ 44 mm d. adapter do złożeń w formie płytek SBS (96 pozycji), pasków po 8 (8 – 48 pozycji)
<b>Podstawowe wyposażenie blatu roboczego</b>		
19.	Stojaki do końcówek jednorazowych	min. 3 pozycje × 96 końcówek (50, 300 i 1000 µl)
20.	Stojaki do probówek	min. 96 probówek Ø11-Ø14 mm
21.	Stojaki lub adaptory	min. 128 probówek typu <i>ependorf</i> 1.5 ml, chłodzenie pasywne
22.	Stojaki do płytek	min. 9 pozycji dla płytek typu <i>deep well</i>
23.	Stojaki do odczynników	min. 5 pojemników ≥ 50 ml
24.	Stojak lub adapter do probówek PCR 200 µl	min. 96 pozycji, chłodzenie pasywne
25.	Stojak lub adapter do płytek PCR 96	min. 4 × 96 pozycji, chłodzenie pasywne, płytki typu <i>skirted</i> i <i>non skirted</i>

### Sterowanie, oprogramowanie, logistyka

26.	Komputer sterujący	Komputer co najmniej w konfiguracji zalecanej przez producenta urządzenia,
27.	Program sterujący urządzeniem	program do projektowania, symulacji i realizacji protokołów; sterujący wszystkimi elementami urządzenia oraz urządzeń zintegrowanych (drivery jeśli konieczne). W przypadku zastosowania innych zestawów odczynników Wykonawca zapewni w ramach wsparcia technicznego protokoły do innych metod izolacji DNA.
28.	Wymagane protokoły programu sterującego urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. normalizacja stężeń – równoległa praca wszystkimi końcówkami z różnymi objętościami wg importowanych list roboczych, zakres rozcieńczania 1:10000</li> <li>b. rozcieńczenia seryjne</li> <li>c. PCR setup (co najmniej 6 predefiniowanych zestawów parametrów) do zestawów LifeTech, Promega, Qiagen</li> <li>d. RT PCR setup – na podstawie projektu płytki wyeksportowanego z urządzenia ABI 7500 do zestawów LifeTech, Qiagen</li> <li>e. izolacja magnetyczna, do oferowanego zestawu startowego</li> <li>f. izolacja próżniowa dla zestawów MN NucleoSpin Tissue oraz do oferowanego zestawu startowego</li> </ul> <p>Urządzenie musi być wyposażone w protokoły umożliwiające pracę ze zwalidowanymi u Zamawiającego metodami izolacji DNA, reakcji qPCR i PCR</p>
29.	Eksport danych	co najmniej plik MS Excel zawierający relację pomiędzy nazwą próbki, jej identyfikatorem, stężeniem, czystością i położeniem pierwotnym i jej położeniem w <i>labware</i> wyjściowym
30.	Oprogramowanie biurowe	kompatybilne z MS Office 2013
31.	Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 7 lub nowszym
32.	Szkolenie	w zakresie obsługi, nadzoru, konserwacji, podstaw programowania protokołów
33.	Pakiet startowy	<p>końcówki jednorazowe przewodzące z filtrem pakowane w ramki po 96 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1000 <math>\mu</math>l</li> <li>b. <math>\leq</math> 300 <math>\mu</math>l</li> <li>c. <math>\leq</math> 50 <math>\mu</math>l</li> </ul> <p>w ilości ramek wystarczającej na przeprowadzenie poniżej wymienionych ilości izolacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zestaw do izolacji DNA metodą magnetyczną, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej w ilości na min. 96 izolacji.</li> <li>- zestaw do izolacji DNA metodą absorpcji/elucji w kolumnie z membraną krzemionkową z wykorzystaniem modułu próżniowego, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej, w ilości na min. 960 izolacji.</li> <li>- pakiet startowy zwalidowany pod oferowane urządzenie, zawierający wszystkie niezbędne materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia powyższej liczby izolacji</li> </ul>

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Nr telefonu, faksu, adres e-mail

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy

**Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA (Nr postępowania: WZP – 4842/15/223/Z)**

Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ za cenę .....\*netto przy uwzględnieniu .....\*\* % stawki podatku VAT .....\* **brutto w PLN**  
(słownie: .....\*\*)

**I. Oświadczamy, że:**

1. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy / Zamawiającego \*\*\*.
2. Udzielamy.....\*\*\*\* (min. 24) miesięcznej rękojmi na zaoferowany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy.
3. Udzielamy gwarancji na dostarczone urządzenie:
  - a) .....\*\*\*\*(min. 12) miesięcy na system pipetujący,
  - b) .....\*\*\*\*(min. 24) miesięcy na komputer sterującyjednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru jakościowego dostawy.  
W przypadku, gdy gwarancja Producenta odpowiednio na stację pipetującą i komputer sterujący będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
4. Oferowane urządzenie nie jest przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego innych zestawów odczynników, nie wskazanych w Ofercie, zobowiązujemy się w ramach wsparcia technicznego zapewnić protokoły do innych metod izolacji DNA.
6. Przeprowadzimy szkolenie w siedzibie Zamawiającego w terminie do **3 dni** od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.
7. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
8. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia **7 grudnia 2015 r.**
11. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....\*\*i/lub, e-mail: .....\*\*

**Uwaga:**

- \* - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- \*\* - należy wpisać
- \*\*\* - niepotrzebne skreślić
- \*\*\*\* - należy wpisać. W przypadku nie wypełnienia terminu rękojmi i/lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i gwarancji podany w nawiasie

*Dostawa automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji*

*DNA*

*WZP – 4842/15/223/Z*

13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
14. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

### III. Informujemy, że:

1. Zgłaszanie awarii oraz reklamacje w godz. 8:00-16:00 należy składać na nr faksu .....\* adres e-mail.....\*
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy, w tym do podpisania protokołów odbiorów będzie: .....\*, nr tel. ....\* e-mail: .....\*
3. Dostawa zrealizowane zostanie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*\*, który realizować będzie część zamówienia obejmującą .....\*\*

#### Uwaga:

\*\* - należy wpisać

\*\*\*\*\*- niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

**DATA:**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

.....

.....

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA (Nr postępowania: WZP – 4842/15/223/Z)**

ja .....

.....  
(imię i nazwisko)

ja.....

.....  
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....  
(nazwa firmy)

.....  
jako wpisany(-ni)\* w rejestrze lub upoważniony(-ni)\* na piśmie

.....  
oświadczam (my)\* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)\* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

- 1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**
- 2. nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**Uwaga:**

\* *niepotrzebne skreślić*

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

\_\_\_\_\_

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM**

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA (Nr postępowania: WZP – 4842/15/223/Z)**

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy \_\_\_\_\_
3. Ustanawiamy \_\_\_\_\_, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia\*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia\*.
4. **Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

**Uwaga:**

*\*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do zawarcia umowy*



.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA (Nr postępowania: WZP – 4842/15/223/Z)**

ja .....  
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę .....  
(nazwa firmy)

.....  
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie  
.....

**oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

\_\_\_\_\_

**Oświadczenie Wykonawcy**

**Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA (Nr postępowania: WZP – 4842/15/223/Z)**

- a) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184)\*
- b) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184)\* z niżej wymienionymi podmiotami\*:

.....  
..  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Uwaga:**

**\* - niepotrzebne skreślić**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:**

\_\_\_\_\_

**PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

Producent ..... Typ/model..... Rok produkcji .....

Lp	Komponent, parametr [opis]	Wymagany parametru	Oferowany przez Wykonawcę *
1	2	3	4
1.	Wielkość blatu roboczego jako wielokrotność płytki 96-dołkowej	Więcej niż 10 płytek; płytki umieszczone w jednej płaszczyźnie i dostępne bezpośrednio dla głowic pipetujących	.....
<b>System pipetujący - podstawowy</b>			
3.	Ilość kanałów	min. 4 niezależne kanały	.....
4.	Objętość dozowana	w zakresie minimum 1 - 1000 µl	.....
5.	System dozowania	ciecz systemowa lub powietrze	.....
6.	Dokładność i precyzja dozowania dla objętości: 1 µl 10 µl 50 µl 1000 µl	dokładność / precyzja dozowania ≤ 5,0% / 5,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 1,0% / 1,0%	..... ..... ..... .....
7.	Wykrywanie poziomu cieczy	Dopuszczalne metody wykrywania poziomu cieczy: pojemnościowa lub optyczna lub ciśnieniowa lub ich kombinacje	.....
8.	Monitorowanie procesu pipetowania	a. wykrywanie piany b. wykrywanie braku próbki w trakcie aspiracji	..... .....
9.	System zapobiegania gubieniu kropli	Aktywny lub pasywny	.....
10.	Rozpoznawanie typu końcówek jednorazowych:	a. 1000 µl b. ≤ 300 µl c. ≤ 50 µl	..... ..... .....
11.	Zintegrowana wytrząsarka z termostatem	a. zakres temperatur: RT - +100°C b. wytrząsanie: 100 – 2000 1/min dla płytki typu <i>deep well</i> ≥ c. możliwość wytrząsania, termostatowania i	..... ..... .....

		pipetowania do płytki typu <i>deep well</i> , h ≥ 44 mm	.....
<b>Podstawowe wyposażenie blatu roboczego</b>			
12.	Stojaki do końcówek jednorazowych	min. 3 pozycje × 96 końcówek (50, 300 i 1000 µl)	.....
13.	Stojaki do probówek	min. 96 probówek Ø11-Ø14 mm	.....
14.	Stojaki lub adaptery	min. 128 probówek typu <i>eppendorf</i> 1.5 ml, chłodzenie pasywne	.....
15.	Stojaki do płytek	min. 9 pozycji dla płytek typu <i>deep well</i>	.....
16.	Stojaki do odczynników	min. 5 pojemników ≥ 50 ml	.....
17.	Stojak lub adapter do probówek PCR 200 µl	min. 96 pozycji, chłodzenie pasywne	.....
18.	Stojak lub adapter do płytek PCR 96	min. 4 × 96 pozycji, chłodzenie pasywne, płytki typu <i>skirted</i> i <i>non skirted</i>	.....
<b>Pakiet startowy</b>			
19.	<b>Producent ..... Typ/model..... termin przydatności do użycia ..... zestawu do izolacji DNA metodą.....**</b>		
20.	<b>Producent ..... Typ/model..... termin przydatności do użycia ..... zestawu do izolacji DNA metodą.....**</b>		

Oświadczam, że w pozostałym zakresie opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego.

**Uwaga:**

\* - wpisać opis oferowanego parametru, mając na uwadze wymóg dla parametru zawarty w kol. 3

\*\* - należy wpisać

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Wykaz dostaw**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartość zamówienia w PLN brutto*</b>	<b>Okres realizacji Od m-c – do m-c rok</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>
1				
2				
3				

\* W przypadku wskazania kontraktów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. IV pkt 1 lit. A SIWZ – należy podać ilość dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

**Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzając, że w/w zamówienie zostało wykonane należycie.**

**DATA**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_