

UMOWA

nr

Zawarta w dniu2015 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Stołecznym Policji

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, reprezentowanym przez:

Pana podinsp. Huberta KOWALCZEWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i instalacja generatora wodoru.
2. Strony ustalają wartość umowy na kwotęPLN brutto, (słownie:),
Wartość brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz kosztów transportu.
3. Przedmiot umowy dostarczony do miejsca wskazanego w § 2 ust. 1 musi być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot umowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu umowy będzie zrealizowana jednorazowo w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r., bezpośrednio na adres: Laboratorium Kryminalistyczne KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. (22) 60 364 86 lub 60 363 47 (od pn. do pt., w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰).
2. O planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na numer (22) 60 364 86 lub 60 363 47.
3. Strony dokonają odbioru ilościowo – jakościowego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem ilościowo – jakościowym, po podpisaniu którego, bez zastrzeżeń, Zamawiający przyjmie fakturę.
4. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Za datę zrealizowania lub wykonania dostawy przyjmuje się datę podpisania przez Strony bez uwag protokołu o którym mowa w ust. 3.
6. Wykonawca niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia dokona instalacji i prezentacji w zakresie obsługi urządzenia.

7. W przypadku ustalenia przy odbiorze ilościowo-jakościowym, że przedmiot umowy jest niekompletny, uszkodzony, wadliwy Wykonawca na własny koszt i w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego protokołu zawierającego zastrzeżenia, zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad lub do uzupełnienia braków.

§ 3

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji, przy czym bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez uwag protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
2. W przypadku reklamacji przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zareklamowanego, przez Zamawiającego przedmiotu umowy z Laboratorium Kryminalistycznego KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, w dzień powszedni, w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, w ciągu 24 godzin od pisemnego zgłoszenia reklamacji (reklamacje zgłoszone w piątek będą realizowane w poniedziałek do godz. 15⁰⁰).
4. Brak realizacji reklamacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym w ust. 2, zobowiązuje Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu nowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Na przedmiot umowy wymieniony w ramach reklamacji Wykonawca udziela ponownie gwarancji, określonej w ust.1.
6. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia przedmiotu umowy z ewidentnej winy Zamawiającego.
7. Wszelkie koszty transportu związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
 - a) 0,1 % wartości umowy określonej w § 1 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za niedotrzymanie terminu określonego § 2 ust. 1.
 - b) 5 % wartości umowy określonej w § 1 ust. 2 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,.
 - c) 5 % wartości umowy określonej w § 1 ust. 2 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

§ 6

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 7

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

L.p.	Nazwa komponentów	Wymagania minimalne – parametry techniczne
1	system	generator wodoru
2	parametry	<ul style="list-style-type: none"> - wydajność maksymalna nie mniejsza niż 475 mL/min. - działający na zasadzie elektrolizy wody dejonizowanej, - manualne napełnianie wodą i wbudowany system automatycznego napełniania wody (automatyczna pompka podająca wodę) z czujnikiem poziomu wody, - wymuszony aktywny przepływ wody przez komorę z układem chłodzenia w stalowej węzownicy za komorą elektrolityczną, - system osuszania wspomagający czystość gazu, - max pobór wody od 0,4 do 1,2L/dzień, - czystość generowanego gazu – 99,9999% - zakres ciśnienia wylotowego wodoru 0 - 6,9 bar (0-100psi), - otwór wylotowy o średnicy 1/8” - przyłącze typu szybkozłączka 1/8” Swagelok, - produkcja wodoru "na zawołanie" - brak dużego zbiornika na wodór, - system zabezpieczający przed rozszczelnieniem i niekontrolowanym wypływem nadmiaru wodoru, - wbudowany wewnętrzny system wykrywania przecieków z automatyczną funkcją wyłączenia systemu, - sterownik mikroprocesorowy pracy urządzenia z dotykowym wyświetlaczem umożliwiającym wykonywanie poleceń, - możliwość ustawiania generatorów (wodoru, powietrza zerowego i kompresora) w formie piramidy celem zaoszczędzenia miejsca w laboratorium), - wymiary generatora z podstawą (WxDxH) nie więcej niż: 38cm x 54cm x 41cm, - waga: nie więcej niż 30 kg, - zakres temperatury pracy nie więcej niż: 10-35 C, - generowany poziom hałasu – nie więcej niż 20dB, - dotykowy wyświetlacz pokazujący podstawowe parametry pracy generatora (ciśnienie wylotowe wodoru, wskaźnik przepływu wodoru) oraz podstawowe parametry konserwacyjne,
3	parametry dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - zminimalizowana obsługa - tylko wymiana dejonizatorów oraz żelu krzemionkowego; - minimum 3 lata gwarancji na komorę elektrolityczną - dodatkowy zestaw eksploatacyjny na 1 rok pracy zawierający: osuszacz (0,5 kg żelu krzemionkowego), dwa kartridże jonowymienne - dejonizatory, 4 szt. uszczelek, - pełna oryginalna dokumentacja techniczna producenta, oryginalna instrukcja obsługi producenta i instrukcja w języku polskim, - fabrycznie nowy z 2015 roku, - autoryzowany serwis na terenie Polski, - gwarancja minimum 24 miesiące liczona od daty instalacji, - wyposażenie dodatkowe: butla do wody o pojemności co najmniej 4 litrów, - niezbędne akcesoria i podłączenie sprzętu do istniejącej sieci gazowej oraz chromatografów gazowych- oraz wykonanie instalacji do podłączenia wodoru jako m.in. gaz nośny i możliwość przełączania się na gaz nośny typu hel .



WACELMA
ul. Wacelma 100, 01-000 Warszawa
tel. 22 622 10 10, 22 622 10 11
www.wacelma.pl