

**Informacja o pytaniach zadanych przez Wykonawców  
i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego**

Dotyczy zamówienia prowadzonego w oparciu o art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

**Termomikser, Wirówka, Zintegrowane stanowisko do amplikacji DNA, Termoblok**

Nr sprawy: 97/2015/WN

Wydział Zaopatrzenia KSP, działając w imieniu Zamawiającego, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

**Pytanie (dotyczy zadania nr 4):**

**Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termobloku na 48 probówek o poj. 2,0 ml bez pokrywy, wymiarach: 151 mm x 73 mm x 304 mm i szybkości grzania 4,5 °C ?**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający przychyliła się do proponowanych rozmiarów termobloków 151 mm x 73 mm x 304 mm i szybkości grzania 4,5 °C . Natomiast zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie termobloków bez pokrywy..*

KIEROWNIK SEKCJI I  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*asp. sztab. Hanna ZIMNA*

Data i podpis osoby prowadzącej

Postępowanie: 2015 PAŹ 15

15.10.2015  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA  
KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI  
*mgr Małgorzata KOSTRZEWA*  
Data i podpis Naczelnika: