

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w wymaganiach technicznych. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego.

1. Komputer przenośny typu notebook (nowy, nieużywany) do obsługi urządzenia rentgenowskiego systemu Flat Scan 27.

Wymagania techniczne:

- zainstalowany system operacyjny Windows 7 z pakietem Microsoft Office z bezterminową licencją,
- procesor Intel Core i5,
- pamięć Ram , 4GB DDR3,
- przekątna ekranu min. 15",
- rozdzielczość ekranu min. 1280x800,
- łączność: Wi-Fi, bluetooth,
- karta sieciowa ze złączem RJ 45,
- złącza zewnętrzne: 4 x USB 2.0,
- dysk twardy 250 GB typ SSD,
- zintegrowany czytnik kart pamięci micro SD,
- napęd wbudowany: DVD MULTI DRIVE,
- gwarancja, 24 miesiące.

Dokumenty odniesienia:

- norma odporności: MIL – STD 810G oraz IP65.

2. Komplet akumulatorów (nowe, nieużywane) do obsługi urządzenia rentgenowskiego systemu Flat Scan 27.

Wymagania techniczne:

- akumulatory zasilania panelu (matrycy) - 2 szt.
- akumulatory do 2 przekaźników (repeatera) – 4 szt.