

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 470 przenośnych testerów autentyczności dokumentów wyposażonych w lupę, świecących światłem białym i ultrafioletowym (UV).

Powyższe urządzenie ma spełniać następujące minimalne wymagania:

1. Ma posiadać wbudowaną lupę ze szkła lub tworzywa sztucznego o powiększeniu minimum 6 krotnym;
2. Ma posiadać wbudowane światło białe LED;
3. Musi posiadać wbudowane światło ultrafioletowe z diodą LED o szczytowej długości fali 365 nm – zaokrąglenie do ± 10 nm oraz dodatkowo co najmniej 1 światło ultrafioletowe z diodą LED o szczytowej długości fali wymienionej poniżej: 254 nm lub 313 nm lub 375 nm lub 395 nm - zaokrąglenie do ± 10 nm;
4. Każda z diod LED wymienionych w pkt. 2 i 3 włączana i wyłączana niezależnie od pozostałych
5. Urządzenie musi być zasilane bateriami (baterie w komplecie) umożliwiającymi uruchomienie urządzenia po zakupie;
6. Waga urządzenia maksymalnie 100g bez opakowania;
7. Urządzenie musi zostać trwale oznakowane poprzez nadruk lub w inny sposób kolorowego logo funduszy norweskich (czerwony PMS 187C i niebieski PMS647C) o szerokości min. 15 mm z zachowaniem proporcji. Wielkość logo powinna być adekwatna do pozostałych oznaczeń znajdujących się przy nim oraz maksymalnie wykorzystująca dostępną powierzchnię zadruku (przy zachowaniu wymienionych proporcji).

Logo zostanie przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

22 MAR. 2016

BIEGŁY
Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Stołecznej Policji
sierż. szt. mgr Marcin LEMIESZEK
świadcstwo CLKP nr 0814