



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 522916/4711/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonywanie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu* numer referencyjny: **WZP-4711/16/248/Z**.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Czy Zamawiający może określić (umieszczając docelowo taki zapis w umowie) w ilu punktach pomiarowych powinno być przeprowadzone wzorcowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wzorcowanie powinno być przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie ulegają zapisy w SIWZ w Rozdziale II pkt. 3 lit. a i b, pkt. 4 lit. d, pkt. 9, Rozdz. XII pkt. 2 oraz w Rozdz. XVII OGÓLNE WARUNKI UMOWY w § 1 ust. 3 lit. a) i ust. 6 pkt. 1 i przyjmują brzmienie:

Rozdział II

pkt. 3 „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania obejmujące:

- a. **Zadanie 1** – przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych), naprawa 419 szt. urządzeń: AlcoSensor IV w wersji z drukarką typu RBT, DP -1012, AP-860 i bez drukarki;
- b. **Zadanie 2** – przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych), naprawa 80 szt. urządzeń: Alkometr A-2.0 i Alcomat Siemens;
Powyższe usługi będą wykonywane **2 razy w roku w okresie 36 miesięcy**”.

pkt. 4 „W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów wzorcowania przeprowadzonego w dwóch punktach pomiarowych (nie rzadziej niż co 6 miesięcy – chyba, że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tą kwestię), monitorowania terminów przeglądu technicznego, adiustacji i wzorcowania oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania ww. usług maksymalnie nie później niż 7 dni roboczych przed upływem zalecanego przez producenta terminu wzorcowania,”

pkt. 9 „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie przeglądu technicznego, wzorcowania (przeprowadzonego w dwóch punktach pomiarowych), adiustacji i naprawy (odpowiednio do zadania) w terminie nieprzekraczającym 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego zlecenia na wykonanie usługi”.

Rozdział XII

pkt. 2 „W cenach jednostkowych, o których mowa w pkt 1, Wykonawca uwzględni m.in. koszt:

- 1) w przypadku przeglądu technicznego, adiustacji i wzorcowania urządzenia (przeprowadzonego w dwóch punktach pomiarowych).”

Rozdział XVII

§ 1 ust. 3 „W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) prowadzenia ksiąg serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów wzorcowania (nie rzadziej niż co 6 miesięcy, chyba że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tę kwestię), monitorowania terminów przeglądu technicznego, adiustacji i wzorcowania przeprowadzonego w dwóch punktach pomiarowych oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania ww. usług nie później niż 7 dni roboczych przed upływem zalecanego przez producenta terminu wzorcowania. **Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami,**”

ust. 6 „W cenie jednostkowej netto w PLN za usługi, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca uwzględnił koszt:

- 1) w przypadku przeglądu technicznego, adiustacji i wzorcowania (w dwóch punktach pomiarowych) urządzenia:”

Ponadto zmianie ulegają Wzór – Załącznik nr 1A i 1 B do SIWZ (w załączeniu).

Powyższe wyjaśnienia oraz zmianę zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
kom. Halina ZONKO