



Warszawa, dnia0.8.GRU..2017.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP 5117/17/4531/17

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Odczynniki do badań genetycznych, nr postępowania: WZP-4531/17/231/Z**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje o modyfikacji SIWZ w ww. postępowaniu.

W Rozdziale **XII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:**

Zamawiający modyfikuje **pkt 4, który otrzymuje brzmienie: Punkty w kryterium termin dostawy** wyliczone zostaną wg poniższego wzoru:

- 1) Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany termin dostawy wynoszący mniej niż 7 dni kalendarzowych i nie krócej niż 1 dzień kalendarzowy;
- 2) Ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$T = (t_{\text{najk}} : t_b) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

T – wskaźnik kryterium terminu dostawy asortymentu w punktach,

t_b – termin dostawy w badanej ofercie w dniach kalendarzowych,

t_{najk} – termin dostawy najkrótszy w dniach kalendarzowych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

W Rozdziale **XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY** dokonuje zmiany w paragrafie 1 w ust. 1 **który otrzymuje brzmienie:**

Przedmiotem umowy jest dostawa **odczynników do badań genetycznych** zwanych w dalszej części umowy zestawami, opisanymi w załączniku do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik 2 A-2B do SIWZ - odpowiednio do zadania).

W Rozdziale **XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY** dokonuje zmian w paragrafie 2 w ust. 14 i 15 **które otrzymują brzmienie:**

14. W terminie uzgodnionym z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do dostosowania oprogramowania stacji pipetującej Nimbus4 Hamilton do obsługi zaoferowanych zestawów (*dotyczy zad. 2*) - *jeżeli dotyczy*
15. W przypadku zaoferowania zestawu wymagającego modernizacji aparatu ABI Real-Time PCR Systems7500 oraz oprogramowania, Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych czynności w terminie uzgodnionym z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego. (*dotyczy zad. 2*) - *jeżeli dotyczy*

W Załączniku nr 2 B do SIWZ (zadanie nr 2) dokonuje zmian, **które otrzymują brzmienie:**

Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA techniką "real time PCR"

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA techniką "real time PCR":

- stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych,
 - zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu LK KSP aparatu Real-Time PCR Systems 7500 wraz z oprogramowaniem;
 - w przypadku zaoferowania zestawów odczynników wymagających modernizacji aparatu ABI 7500 wraz z oprogramowaniem do pracy z oferowanymi zestawami czynność ta jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych;
 - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu biologii molekularnej lub medycyny sądowej prowadzonych w aparacie Real-Time PCR Systems 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urzędnika,
 - o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl
 - zestaw w opakowaniu wystarczającym do wykonania maksymalnie 400 reakcji,
 - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym kompletny zestaw reagentów
- Zestaw musi w pełni współpracować ze stacją pipetującą Nimbus4 Hamilton – wykonawca zobowiązany jest do dostosowania oprogramowania stacji pipetującej do obsługi zamawianych zestawów w terminie uzgodnionym z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych*.

UWAGA

*Zamawiający aktualnie posiada oprogramowanie stacji pipetującej obsługujące zestawy odczynników Quantiplex Hyres Kit prod. firmy Qiagen

Treść udzielonej modyfikacji SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna, Policja
Lukasz WEREDA

Sporządził: Sekretarz komisji przetargowej: M. Twarowska