



Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union

Warszawa, dnia 24 lipca 2019 r.



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 4422/4470/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę analizatora RAMANA z oprzyrządowaniem”, numer sprawy: WZP-4470/19/226/Z

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień oraz o zmianie treści w SIWZ.

Pytanie nr 1 do OPZ pkt 2 - Załącznik nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby moc wyjściowa lasera nie była regulowana co 10% wartości, a posiadała 3 opcje regulacji tj. 75mW, 150mW oraz 300mW?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza również możliwość zaoferowania mocy wyjściowej lasera z 3 opcjami regulacji tj. 75mW, 150mW oraz 300mW

Pytanie nr 2 do OPZ pkt 2 - Załącznik nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zakres spektralny był na poziomie 400-2300 cm⁻¹ oraz rozdzielczość 8-1 Ocm⁻¹?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza również możliwość zaoferowania analizatora z zakresem spektralnym na poziomie 400-2300 cm⁻¹ oraz rozdzielczości 8-1 Ocm⁻¹

Pytanie nr 3 do OPZ pkt 2 - Załącznik nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast możliwości zastosowania uchwytu dla zasilania bateriami CR123 była możliwość dostarczenia wraz z urządzeniem powerbanka, który również zapewni 1 Oh ciągłej pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza również możliwość zaoferowania wraz z urządzeniem powerbanka, który również zapewni 1 Oh ciągłej pracy.

Pytanie nr 4 do OPZ pkt 2 - Załącznik nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obsługa urządzenia odbywała się za pomocą typowej klawiatury znajdującej się na obudowie urządzenia zamiast ekranu dotykowego?

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli w przyszłości uniknąć Zamawiającemu potencjalnych problemów z użytkowaniem ekranów dotykowych tj. negatywnego wpływu niskich i wysokich temperatur oraz wilgoci.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Opracowała: Katarzyna Jacak

Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6036629, fax 22



Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union

Zamawiający nie wyraża zgody, aby obsługa urządzenia odbywała się za pomocą typowej klawiatury znajdującej się na obudowie urządzenia.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Stron.

ZASTĘPCA MOCZELNIKA
Wydziału ds. Bezpieczeństwa
Komendy Stołecznej Policji

Lukasz WEREDA

20