

Nr sprawy: WZP- 1126/10/37/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą na:

DOSTAWĘ AMBULANSU SANITARNEGO

CPV: 34 11 41 21-3

Wartość wadium: **7 000,00 PLN**

Opłata za SIWZ: 12,80 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 28.05.2010 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia 149388-2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
Rozdział VI	Wadium
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Termin związania ofertą
Rozdział XI	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIII	Miejsce termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVIII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór-załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy
2. Wzór-załącznik nr 2 Dane techniczne oferowanego pojazdu
3. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
4. Wzór-załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
5. Wzór-załącznik nr 5 Wykaz stacji obsługi serwisowej
6. Wzór-załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
7. Wzór- załącznik nr 7 Rysunek graficzny

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: „**Dostawa ambulansu sanitarnego**” oraz wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP-1126/10/37/T**.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie).
5. W przypadku prowadzenia korespondencji za pośrednictwem faksu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
6. Strony zobowiązane są do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: **Katarzyna Strzałkowska, nr tel.: (22) 60 386 08, faks: (22) 60 376 42**.
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, w zakresie, o których mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ambulansu sanitarnego**, zwanego dalej ambulansem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) wykonania i dostarczenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy szczegółowego projektu ambulansu wraz z opisem rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz elementami wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do użytkowania ambulansu zgodnie z jego przeznaczeniem. Projekt sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w formie papierowej oraz kopii elektronicznej na nośniku CD/DVD,
 - b) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w ambulansie wyposażenia, a w szczególności:
 - b1. aranżacji wnętrza ambulansu,
 - b2. sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu,
 - b3. urządzeń systemów łączności radiotelefonicznej,
 - b4. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - b5. instalacji antenowych,
 - b6. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego (np. terminal mobilny).
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić:
 - a) minimum **12 miesięcznej rękojmi** za wady;
 - b) gwarancji obejmującej okres minimum:
 - b1. 24 miesięcy - na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,
 - b2. 24 miesięcy - na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej,
 - b3. 36 miesięcy - na powłokę lakierniczą oraz oznakowanie,
 - b4. 72 miesięcy - na perforację elementów nadwozia.- liczony od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.
5. **Termin wykonania zamówienia: do 50 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.

6. **Miejsce realizacji zamówienia:** Warszawa, ul. Karolkowa 46.

7. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.**

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeśli dotyczy*).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

- A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
- B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdz. III SIWZ lit. A, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór- załącznik nr 4 do SIWZ, a dla podmiotów występujących wspólnie wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III lit. B SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ a dla podmiotów występujących wspólnie wzór - załącznik nr 6 do SIWZ),
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji) potwierdzający, że oferowany ambulans spełnia podstawowe parametry techniczne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ,
2. Dokument (np. deklaracje zgodności) potwierdzający, że niżej wymienione wyposażenie:
 - a) nosze głównych reanimacyjnych, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1) załącznika nr 3 do SIWZ,
 - b) transporter do noszy głównych, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 2) załącznika nr 3 do SIWZ,
 - c) nosze podbierające (zbierakowe), o których mowa w Rozdz. VII pkt 4) załącznika nr 3 do SIWZ,
 - d) deska ortopedyczna, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 5) załącznika nr 3 do SIWZ,
 - e) krzeselko kardiologiczne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 6) załącznika nr 3 do SIWZspełnia normę PN EN 1816 lub równoważną.

VI. WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości **7 000,00 PLN**.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Pekao S.A 11 1240 6247 1111 0000 4978 0778

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia wadialnego w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 5. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przypadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
 6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

- 1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:**
 - a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IV lit. A, lit. B oraz w Rozdz. V SIWZ;
 - b) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.
- 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ) składają:**
 - a) każdy z Wykonawców – dokumenty wymienione w Rozdz. IV lit. B SIWZ,
 - b) wspólnie:
 1. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. A SIWZ oraz w Rozdz. V SIWZ;
 2. pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VII pkt 3, jeżeli ustanowiono pełnomocnika,
 3. dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) – jeśli dotyczy.
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

- przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
 5. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
 6. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
 7. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako „**OFERTA**”.
 8. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
 9. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy).

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2010 r. o godz. 11.00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.06.2010 r. o godz. 12.00.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdym zadaniu.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. ceny ofert brutto w PLN,
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający:
 - a) zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, **nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
 - b) zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
 - c) zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - d) zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie, w tym:
 - a1. jeżeli cenę oferty brutto w PLN podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano zapis odpowiadający cenie podaną liczbą,
 - b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:

Opis kryteriów oceny	Znaczenie
Cena oferty brutto (w PLN)	100 %

2. Cenę oferty brutto w PLN stanowi cena brutto w PLN ambulansu sanitarnego spełniającego wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ, przy uwzględnieniu również kosztu:
 - a. czynności w ramach przedmiotu zamówienia, o których mowa w Rozdz. II pkt 3 SIWZ,
 - b. transportu do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 7 SIWZ,

- c. pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
3. Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
 4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą ilość punktów wyliczaną wg poniższego wzoru:

$$W = \frac{\text{najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

W – wskaźnik kryterium ceny obliczany będzie w punktach

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia:
 - a) Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
 - b) Wykonawcy, który jest osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **7% wartości umowy**, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **11 1240 6247 1111 0000 4978 0778**
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 i po uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należyście wykonana,
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni **po upływie okresu rękojmi (min. 12 miesięcy)**, o którym mowa w Rozdz. II pkt 4 lit. a) SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa ambulansu sanitarnego**, marki, typ....., model..... zwanego dalej ambulansem.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy ambulans będzie nowy, w pełni sprawny, zgodny co do wymagań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i parametrów technicznych oraz wyposażenia specjalistycznego określonych w załączniku nr 1 do Umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ), a także wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Strony ustalają, że cena za przedmiot Umowy nie przekroczy kwoty**PLN brutto** (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT wystawioną zgodnie z § 3 ust. 8 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) wykonania i dostarczenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy szczegółowego projektu ambulansu wraz z opisem rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz elementami wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do użytkowania ambulansu zgodnie z jego przeznaczeniem. Projekt sporządzony w oparciu załącznik nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w formie papierowej oraz kopii elektronicznej na nośniku CD/DVD,
 - 2) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w ambulansie wyposażenia, a w szczególności:
 - a) aranżacji wnętrza ambulansu,
 - b) sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu.
 - c) urządzeń systemów łączności radiotelefonicznej,
 - d) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - e) instalacji antenowych,
 - f) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego (np. terminal mobilny).
2. Zamawiający, w przypadku braku uwag zobowiązuje się do zatwierdzenia projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty jego otrzymania. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca naniesie zmiany w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.
3. Jeżeli na dowolnym etapie realizacji Umowy Zamawiający stwierdzi, że proponowane w projekcie rozwiązania lub sprzęt nie będą spełniały jego wymagań, Wykonawca ma obowiązek zaproponować, w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania zastrzeżeń, inne rozwiązania oraz wyposażenie, którego parametry będą odpowiadały co najmniej minimalnym wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1 do Umowy.
4. Na każdym etapie realizacji Umowy, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zaproponować nowocześniejsze rozwiązanie lub sprzęt niż przedstawione w zaakceptowanym projekcie. Zmiana taka nie powoduje zwiększenia ceny Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie **do 50 dni kalendarzowych** od daty zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ambulans na własne ryzyko i koszt do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Karolkowej 46.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy ambulansu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
 - a. kartę pojazdu,
 - b. wyciąg ze świadectwa homologacji,
 - c. zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
 - d. kartę gwarancyjną pojazdu i wyposażenia,
 - e. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,
 - f. schemat dodatkowej instalacji elektrycznej i łączności radiowej.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony ambulans nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca w terminie **3 dni kalendarzowych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do ich uzupełnienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Podpisanie bez uwag przez Strony protokołu odbioru ambulansu stanowić będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości w przypadku, gdy Wykonawca:
 - a. przekroczy termin przekazania projektu ambulansu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 2, o **20 dni kalendarzowe**;
 - b. przekroczy termin dostawy, o którym mowa w ust. 1, o **30 dni kalendarzowe**;z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. W przypadku odstąpienia od umowy kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.

§ 4

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres(min. **12 miesięcy**) oraz z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
 - a. podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie - (min. 24 miesiące),
 - b. sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, urządzenie sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej. – (min 24 miesiące),
 - c. powłokę lakierniczą oraz oznakowanie - (min. 36 miesięcy),
 - d. perforację elementów nadwozia - (min. 72 miesiące),- liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji ambulansu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
3. Wykonawca gwarantuje, że zmiany adaptacyjne ambulansu, o których mowa w ust. 2, nie będą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji producenta oraz rękojmi.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w ambulansie, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do **7 dni kalendarzowych** (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 8.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad w dodatkowym wyposażeniu ambulansu wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do **7 dni kalendarzowych** (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres lub nr faksu, o którym mowa w ust. 8.
6. W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności, opisanych w ust. 4 i ust. 5 okres rękojmi i gwarancji (na wymienione części i elementy), biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad (wskazanych w ust. 4 i 5), na pisemny (dopuszcza się drogę faksową) wniosek Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może **przekroczyć 30 dni kalendarzowych**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 4 i ust. 5.
8. Składanie reklamacji lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 oraz § 2 ust. 2 i ust. 3 dokonywane będzie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na adres....., tel., faks (wskazany przez Wykonawcę).

§ 5

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
 - 1) 10% ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowiedzie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) 10% ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy na jakiegokolwiek podstawie prawnej, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
 - 3) 0,5% ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostawy, licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 z uwzględnieniem § 3 ust. 8,
 - 4) 0,1% ceny, o której mowa w § 1 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji reklamacji, licząc od upływu terminu określonego w odpowiednio w § 4 ust. 4 i ust. 5 z uwzględnieniem § 4 ust. 7.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktury.

§ 6

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 7 % ceny wskazanej w § 1 ust. 3 tj. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, na okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi (min. 12 miesięcy).

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów wynikających z niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4.

§ 8

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik do Umowy:

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres _____

Nr telefonu i faks _____

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

Do
Komendy Stołecznej Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę ambulansu sanitarnego**” WZP- 1126/10/37/T

I. Oferujemy dostawę **ambulansu sanitarnego** marki....., typ....., model.....

za cenę oferty brutto*:.....PLN,

słownie:..... PLN brutto.

II. Oświadczamy, że:

1. dostawa ambulansu zrealizowana zostanie w terminie **do 50 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy;
2. na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy:
 - a) (min. 12 miesięcy) rękojmi,
 - b) gwarancję na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie - (min. 24 miesiące),
 - c) gwarancję na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, urządzenie sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej. – (min 24 miesiące)
 - d) gwarancję na powłokę lakierniczą oraz oznakowanie - (min. 36 miesięcy),
 - e) gwarancję na perforację elementów nadwozia - (min. 72 miesiące);
3. oferowany ambulans sanitarny spełnia wymagania funkcjonalne, konstrukcyjne oraz parametry techniczne określone w załączniku nr 3 do SIWZ i zaadaptowany zostanie zgodnie z wymaganiami opisanymi w tym załączniku,
4. zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
5. zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert,
7. będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

1. Zamówienia i reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰ na adres:, Nr faksu:
2. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy** który realizować będzie część zamówienia obejmującą:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie realizował zamówienia przy pomocy Podwykonawcy

WYBRANE DANE TECHNICZNE POJAZDU BAZOWEGO

Lp.			Wymagane	Oferowane
1	2		3	4
1.	Nadwozie:	a	Rozstaw osi minimum 3600 mm	
		b	Dopuszczalna masa całkowita maks. 3500 kg	
		c	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> • Długość mierzona po podłodze min. 3 200 mm, • Wysokość min. 1 800 mm, • Szerokość mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych min. 1 700 mm 	
2.	Silnik:	a	Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5	
		b	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 110 kW	
		c	Moment obrotowy silnika nie mniejszy niż 320 Nm	
4.	Układ hamowania:	a	Układ zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS)	
		b	Elektryczny asystent siły hamowania (np. BAS lub równoważny)	
		c	Elektryczny podział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu (np. EBV lub równoważny)	
5.	Układ kierowniczy:	a	Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie	
6.	Przenoszenie napędu:	a	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h	
		b	Układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych w trakcie ruszania (np. ASR lub równoważny)	
7.	Bezpieczeństwo:	a	Elektryczny system stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu tj. ilości osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym (np. układ ESP lub równoważny)	
8.	Oświetlenie dodatkowe pojazdu:	a	Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi	

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 4 wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany pojazd.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU

Lp.	Nazwa wyposażenia	Typ/model	Nazwa producenta**
1.	Nosze główne reanimacyjne		
2.	Transporter do noszy głównych		
3.	Nosze podbierające (zbierakowe)		
4.	Deska ortopedyczna		
5.	Krzesełko kardiologiczne		

**** Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.**

DATA

.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.

Samochód w specjalizowanej policyjnej wersji „Ambulans Sanitarny”

1. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „Ambulans Sanitarny” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zabezpieczenia medycznego policjantów podczas obsługi imprez masowych.

W jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie podstawowych czynności opatrunkowych i reanimacyjnych. Dodatkowo konstrukcja pojazdu „Ambulansu Sanitarnego” powinna umożliwiać bezpieczny przewóz specjalistycznego wyposażenia.

2. Warunki eksploatacji.

Pojazd „Ambulans Sanitarny” będzie:

- 1) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- 2) użytkowany na drogach utwardzonych i gruntowych,
- 3) garażowany głównie na wolnym powietrzu,
- 4) naprawiany w autoryzowanych stacjach obsługowo-naprawczych.

3. Wymagania formalne.

- 1) Samochód musi posiadać homologację na pojazd skompletowany jako - M1 /pojazd specjalny-sanitarny, wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami)
- 2) Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
 - a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c) instalacji antenowych,
 - d) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
- 4) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
- 5) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 6) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
- 7) Parametry techniczne ambulansu sanitarnego muszą być zgodne z PN EN 1789.

II. Wymagania dotyczące pojazdu bazowego przeznaczonego pod adaptację na pojazd w wersji „Ambulans Sanitarny”

- 1) Rok produkcji bieżący, fabrycznie nowy,
- 2) Nadwozie:
 - a) Rodzaj nadwozia - 5 drzwiowe,
 - b) Przednie drzwi boczne skrzydłowe - po obu stronach pojazdu,
 - c) Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą w pozycji otwartej (w drugim rzędzie do przedziału reanimacyjnego), przeszkłone,
 - d) Drzwi boczne lewe przesuwne z blokadą w pozycji otwartej (w drugim rzędzie) do wnęki zewnętrzznego schowka, pełne (bez szyby),

- e) Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane min. 260°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł. Drzwi wyposażone w światła awaryjne włączające się automatycznie po ich otwarciu.
 - f) Rozstaw osi minimum 3600 mm.
 - g) Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg.
 - h) Wymiary przedziału przeznaczony do zabudowy
 - Długość mierzona po podłodze min. 3 200 mm,
 - Wysokość min. 1 800 mm.
 - Szerokość mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych min. 1 700 mm.
 - i) barwa nadwozia: Biała
- 3) Silnik:
- a) Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,
 - b) Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 110 kW.
 - c) Moment obrotowy silnika nie mniejsza niż 320 Nm,
- 4) Układ hamowania wyposażony w:
- a) Układ zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS),
 - b) Korektor siły hamowania w zależności od obciążenia,
 - c) Elektroniczny asystent siły hamowania (np. BAS lub równoważny)
 - d) Elektroniczny podział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu (np. EBV lub równoważny).
- 5) Układ kierowniczy:
- a) Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie,
 - b) Wspomaganie układu kierowniczego.
- 6) Przenoszenie napędu:
- a) Skrzynia biegów mechaniczna.
 - b) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h,
 - c) Układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych w trakcie ruszania (np. ASR lub równoważny)
- 7) Bezpieczeństwo:
- a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,
 - b) Poduszki powietrzne, dla kierowcy i dysponenta (czołowe),
 - c) Poduszki boczne, dla kierowcy i dysponenta oraz kurtyny powietrzne,
 - d) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu tj. ilości osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym (np. układ ESP lub równoważny),
 - e) Zawieszenie posiadające stabilizatory obu osi pojazdu lub równoważne, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów,
- 8) Tarcze kół.
- a) Tarcze kół z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)- szt. 5,
 - b) Tarcze kół z ogumieniem zimowym - szt. 4,
 - c) W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki do kół - szt. 4,
 - d) Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą posiadać daty produkcji wcześniejszej niż 54 tygodnie, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.
- 9) Oświetlenie dodatkowe pojazdu.
- a) Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,
- 10) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.
- a) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V („-” na masie).
- 11) Wyposażenie dodatkowe:
- a) Centralny zamek z pilotem (na wszystkie drzwi pojazdu).
 - b) Autoalarm,
 - c) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
 - d) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,
 - e) Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie) z dwoma parownikami z osobną regulacją na przedział I kierowcy oraz II medyczny.
 - f) Wzmocniony alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min 2000 W,
 - g) Gaśnice proszkowe typu samochodowego posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP:
 - o masie środka gaśniczego minimum 1 kg - 1 szt. (mocowana w pobliżu siedzenia kierowcy) ,
 - o masie środka gaśniczego minimum 2 kg - 1 szt. (mocowana w przedziale medycznym),
 - h) Linka holownicza,
 - i) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ,

- j) Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta oraz młotek do wybijania szyb mocowany w przedziale II,
 - k) Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód),
 - l) Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A, w kabinie kierowcy,
 - m) Radioodtwarzacz samochodowy,
 - n) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - podnośnik samochodowy,
 - klucz do kół,
 - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),
 - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.
 - o) Reflektor (szperacz) - przenośna lampa halogenowa dalekosiężna o mocy około 55W zasilana z gniazda zapalniczki, długość kabla zasilającego ok. 4m o minimalnym natężeniu światła 80 tys. kandel zasilany z gniazda zapalniczki,
 - p) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:

- rękawice lateksowe	- 3 pary,
- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	- 1 sztuka,
- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),
- bandaż dziane 2 m x 10 cm	- 5 sztuk,
- bandaż elastyczne 3 m x 10 cm	- 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml)	- 1 flakon,
- folia termoizolacyjna	- 1 sztuka,
- opatrunki hydrożelowe	- 3 sztuki,
- rurka ustno-gardłowa	- 1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny	- 1 sztuka.
- 12) Ergonomia
- a) Regulacja fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja w zakresie pochylecia oparcia,
 - b) Fotele przednie muszą być wyposażone w zagłówki.

III. Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu:

- 1) Pojazd „Ambulans Sanitarny” powinien być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu:
 - łącznie 6 osób, w tym kierującego pojazdem oraz jednej osoby na noszach,
 - specjalistycznego wyposażenia
- 2) Wnętrze pojazdu powinno być przedzielone przegrodami na trzy przedziały:
 - przedział I – kabina kierowcy dla kierującego pojazdem, oraz jednego funkcjonariusza,
 - przedział II – medyczny,
 - przedział III – zewnętrzny schowek,
- 3) Wejście i dostęp do poszczególnych przedziałów powinno być możliwe:
 - do przedziału I - drzwiami bocznymi (kabina kierowcy) po prawej i lewej stronie w części przedniej samochodu,
 - do przedziału II - prawymi drzwiami przesuwными (w części środkowej pojazdu) oraz przez drzwi tylne dwuskrzydłowe
 - do przedziału III - lewymi drzwiami przesuwными (w części środkowej pojazdu).
- 4) Przedział I oddzielony będzie od przedziału II pełną przegrodą z oknem przesuwным, umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem I i II.
- 5) Przedział II - medyczny
 - a) Podłoga wzmocniona umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne, wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z zabudową ścian (lub wywinięta na ściany boczne),
 - b) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej oraz specjalnym tworzywem sztucznym -łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące,
 - c) Ściany boczne wzmocnione np. „płytami z aluminium”, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego
 - d) Dwa składane fotele skierowane przodem do kierunku jazdy, klasy M1, zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy, pokryte łatwo zmywalną tapicerką, obrotowe w zakresie 90° (do boku pojazdu), ze składanymi do pionu siedziskami, wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
 - e) Jeden fotel klasy M1, umieszczony za głową pacjenta, tyłem do kierunku jazdy, wyposażony w oparcie, zagłówek i trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

- f) Okna przedziału medycznego (w prawych drzwiach przesuwnych oraz tylnych drzwiach dwuskrzydłowych) pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.
 - g) Stopień przy drzwiach tylnych,
 - h) Stopień przy drzwiach przesuwnych (wewnętrzny),
 - i) Szafka w narożniku ściany lewej z:
 - szufladami,
 - podgrzewaczem płynów infuzyjnych,
 - zamykaną szafką - podwieszaną,
 - zamykaną szafką z półkami – z roletą,
 - j) Szafki podsufitowe na ścianie lewej podwieszane, min. 4 szt.
 - k) Szafka na szyny Kramera, w tylnej części przedziału medycznego,
 - l) Na ścianie działowej zespół szafek (szafka) z miejscem do zamocowania walizki lub torby medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną,
 - m) Na ścianie działowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornik na wodę i ścieki, z łatwym dostępem do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym.
 - n) Sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych - min. 3 szt.
 - o) Szyna Modura o dł. min. 30 cm do mocowania sprzętu medycznego, zamocowana na ścianie bocznej lewej
 - p) Centralna instalacja tlenowa, opisana w pkt. VII. 7).
 - q) Instalacja próżniowa, opisana w pkt. VII. 8).
 - r) Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu,
 - s) Uchwyt sufitowy dla personelu medycznego, zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy,
 - t) Uchwyty ułatwiające wsiadanie: przy drzwiach bocznych i przy drzwiach tylnych po prawej stronie,
 - u) Na tylnych lewych drzwiach przewidziane miejsce na nosze podbierające, opisane w pkt. VII. 4),
 - v) Okno dachowe lub szyber dach z szybą termiczną oraz roletą, spełniający jednocześnie wymagania wyjście ewakuacyjne z przedziału medycznego,
 - w) Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnika,
 - x) Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem zgodny z wymogami normy PN-EN 1789,
 - y) Stacjonarne ogrzewanie postojowe z sieci 230V – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,
 - z) Instalacja nawiewowo-wywiewowa, uruchamiana w zależności od potrzeb z przedziału medycznego, powinna zapewniać minimum 20-krotną wymianę powietrza na godzinę, gdy pojazd nie znajduje się w ruchu.
- 6) Przedział III – zewnętrzny schowek.
- a) Ściana działowa z przedziałem, powinna zapewnić bezpieczne mocowanie wyposażenia specjalistycznego.
 - b) Przewidziane miejsce na deskę ortopedyczną opisaną w pkt. VII. 5).
 - c) Przewidziane miejsce na krzesło kardiologiczne, opisane w pkt. VII. 6).
 - d) Przewidziane miejsce na 2 butle tlenowe (centralnej instalacji tlenowej)
- 7) Instalacja elektryczna.
- a) Dodatkowy akumulator min 100 Ah, służący do zasilania odbiorników zainstalowanych w przedziale medycznym, ładowany z alternatora,
 - b) Instalacja elektryczna do urządzeń medycznych na 230 V z min. 4 gniazdami wewnętrznymi, zasilana z sieci zewnętrznej,
 - c) Minimum 4 gniazda 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych, umiejscowione na lewej ścianie przedziału,
 - d) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch akumulatorów na postoju (akumulatora dodatkowego oraz samochodowego) przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej lewej ścianie pojazdu.
 - e) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
 - f) Przewód zasilający zewnętrzny o długości min 5m.
 - g) Cztery lampy do oświetlenia przedpoła ambulansu – po dwie z lewej i prawej strony, sterowanie z kabiny kierowcy i przedziału medycznego z sygnalizacją włączenia i opisem przełączników, z podwójnymi halogenami kierunkowymi,
 - h) Oświetlenie przedziału medycznego:

- Energo oszczędne oświetlenie, jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta, minimum 6 punktów, z których 1 załączany automatycznie po otwarciu drzwi,
- Oświetlenie, halogenowe, punktowe z możliwością regulacji w tym- 3 punkty zamontowane w suficie przedziału medycznego nad noszami oraz - 1 punkt oświetlający blat szafki na przegrodzie,

IV. Instalacja łączności radiowej.

- 1) Pojazd musi być przystosowany do montażu:
 - a) radiotelefonu przewodnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.
 - b) radiotelefonu przewodnego na pasmo UHF (380÷około 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.
- 2) Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego montowane będą przez Zamawiającego.
- 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a) i b) pkt 1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta lub na przegrodzie oddzielającej przedział I od II). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu na etapie adaptacji pojazdu.
- 4) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
- 5) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.
- 6) Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić przewód (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 5) do przedziału I z rezerwą 1,5 m (w celu podłączenia zasilania dla urządzeń łączności radiowych). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i opisany na końcach.
- 7) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu dwóch anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
 - a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W, 5/8 długości fali,
 - b) szerokopasmowej na pasmo 380÷400 MHz, z możliwością przestrojenia do pasma 450÷470 MHz, mocy ≥ 20 W z zyskiem ≥ 3 dB,
 Impedancja anten musi wynosić 50 Ω , zakres temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$.
 Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni.
- 8) Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$. Należy je przeprowadzić pod podsufitką do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli (lub do przegrody oddzielającej przedział I od II) i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.
- 9) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz.
- 10) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.
- 11) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
- 12) Wykonawca do samochodu dostarczy instrukcję instalacji. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.
- 13) Rodzaj i sposób instalacji anten powinien być uzgodniony z przedstawicielem KSP na etapie wyposażenia pojazdu.

V. Uprzywilejowanie w ruchu.

- 1) Na dachu pojazdu należy zamontować:

- a) w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej bez konieczności jej demontażu.
 - b) w tylnej części dachu zamontowane dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego ledowe lub specjalna lampę ostrzegawczą.
 - c) lampy, o których mowa w pkt. a) i b) muszą posiadać homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ i 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr. 32, poz.262 z późniejszymi zmianami).
- 2) Specjalna lampa ostrzegawcza, o której mowa w pkt. 1)a) z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:
- a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (ledowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,
 - b) umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlony napis „AMBULANS” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim odbłaskowym o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający,
 - c) dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego, ledowe, umieszczone w atrapie pojazdu lub na zderzaku.
 - d) dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego, ledowe, umieszczone na przednich bocznych błotnikach.
- 3) Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:
- a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
 - d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.
- Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.
- 4) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:
- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
 - sterowania sygnalizacją świetlną,
 - sterowania urządzeniem rozgłaszającym.
- 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
 - b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
 - c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
 - d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
 - e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
 - f) podświetlenie napisu „AMBULANS” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami zewnętrznymi pojazdu.
- 6) Dodatkowy sygnał pneumatyczny zamocowany przystosowany do pracy ciągłej zamontowany po lewej stronie pojazdu nad drzwiami kabiny kierowcy.
- Z oferowanych pojazdów należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji.

VI. Kolorystyka i oznakowanie.

- 1) Pas niebieski odblaskowy, biegnący wokół pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia,
- 2) Napis lustrzany „ambulans” barwy czerwonej umieszczony na masce pojazdu - odblaskowy,
- 3) Napis „ambulans” na drzwiach tylnych w kolorze czerwonym,
- 4) Rysunek graficzny umieszczony na nadwoziu, na ścianach bocznych i dachu – wzór określa załącznik nr 7 do SIWZ.

VII. Dodatkowe wyposażenie samochodu.

Pojazd „Ambulans Sanitarny” powinien być wyposażony w:

- 1) Nosze główne reanimacyjne na transporterze wielopoziomowym posiadające oznaczenie zgodności CE:
 - a) potrójnie łamane, z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,
 - b) z płynną regulacją nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°,
 - c) pasy zabezpieczające o regulowanej długości, mocowane bezpośrednio do ramy noszy (w tym pasy szelkowe),
 - d) możliwość wprowadzenia noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,
 - e) cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów,
 - f) składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi,
 - g) składane oparcia boczne,
 - h) system szybkiego, bezpiecznego łączenia z transporterem.
- 2) Transporter do noszy głównych posiadający oznakowanie zgodności CE:
 - a) z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami,
 - b) z możliwością zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy,
 - c) z wielostopniową regulacją wysokości min. w 6 poziomach,
 - d) wyposażony w min. 4 kółka skrętne w zakresie o 360 °, min. 2 kółka wyposażone w hamulce z możliwością zablokowania 2 kółek do jazdy na wprost,
 - e) z systemem niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę,
 - f) z możliwością ustawienia pozycji drenażowych Trandelenburga i Fowlera na min. trzech poziomach pochylenia,
 - g) system mocowania transportera do ławety ambulansu,
 - h) dopuszczalne obciążenie min. 200 kg,
 - i) skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu.
- 3) Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem.
- 4) Nosze podbierające (zbierakowe) z wielostopniową regulacją długości w zakresie min. 170 + 200 cm, możliwością złożenia do transportu, dopuszczalne obciążenie min. 150 kg - posiadające oznaczenie zgodności CE,
- 5) Deska ortopedyczna o obciążeniu min. 150 kg, z systemem unieruchamiania głowy, pasami zabezpieczającymi, posiadająca oznaczenie zgodności CE,
- 6) Krzeselko kardiologiczne o obciążeniu min. 150 kg posiadające oznaczenie zgodności CE,
- 7) Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA lub równoważne - gniazda w budowie monoblokowej panelowej, 2 szt. butli tlenowych 10 I z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody tlenowe wzmocnione,
- 8) Instalacja próżniowa z 1 punktem ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj. min. 1 litra. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min. 1,5 m,
- 9) Kołnierze ortopedyczne – 2 szt.
- 10) Kosz na odpady medyczne,
- 11) Pojemniki na rękawiczki jednorazowe – 2 szt.
- 12) Pojemnik na zużyte igły,
- 13) ręczny reflektor /szperacz/ - przenośna lampa halogenowa i/lub ledowa, dalekosiężna o mocy około 55W i minimalnym natężeniu światła 80 tys. kandel z niezależnym zasilaniem zapewniającym czas pracy przy pełnym obciążeniu min 3h oraz z możliwością zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej. Urządzenie powinno mieć możliwość doładowania z instalacji elektrycznej samochodu 12V oraz instalacji sieciowej 230V,

VIII. Wskazówki dotyczące montażu.

- 1) Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.
- 2) Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.
- 3) Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.
- 4) Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.
- 5) W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.
- 6) Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
- 7) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skałeczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu na „Dostawę ambulansu sanitarnego” WZP-1126/10/37/T

ja

.....
(imię i nazwisko)

ja.....

.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako – wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie

.....
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1. spełniam (my)* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. nie podlegam (my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Miejscowość data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1.
2.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

UWAGA

* niepotrzebne skreślić

WYKAZ STACJI OBSŁUGI SERWISOWEJ

usytuowanych na terenie m.st. Warszawy lub powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego.

LP.	NAZWA STACJI OBSŁUGI SERWISOWEJ WSKAZANA PRZEZ WYKONAWCĘ	DOKŁADNY ADRES
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednie pola w rubryce 2 i 3.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRYZNANIE ZAMÓWIENIA**

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „Dostawę ambulansu sanitarnego” WZP-1126/10/37/T

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
3. Oświadczamy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), że:
 - 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - 2) nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty _____

